Posted on: 2021-02-19T00:00:00.00-04:00

DB Reference N°: IDB-C674724-02/21

Project Country: Nicaragua

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Medical Equipment and Supplies

Project: Equipamiento para la Consulta Externa del Hospital Pedro Altamirano en la Trinidad

Loan N°./Financing: 4422/BL-NI

Contractor :
Name of Company:
Sunline Internacional, S.A o SINTER, S.A
Contact details:
o Lote #2: (Contiene 1 artículo: Armario de seguridad para medicamentos). o Lote #4: (Contiene 1 artículo: Balanza con tallímetro para adultos o Lote # 7: (Contiene 1 artículo: Banca de espera (3 plazas) o Lote #10: (Contiene 1 artículo: Camilla de transporte o Lote #11: (Contiene 1 artículo: Carro de curaciones o Lote #12: (Contiene 1 artículo: Carro de transporte de materiales o Lote # 21: (Contiene 1 artículo: Equipo de Crioterapia o Lote # 34: (Contiene 1 artículo: Mampara o cortina para dividir camilla o Lote # 36: (Contiene 1 artículo: Mesa de Mayo. o Lote # 45: Contiene 1 artículo: Porta suero con rodos o Lote # 48: (Contiene 1 artículo: Set de asas diatérmicas o Lote # 50: (Contiene 1 artículo: Sierra para cortar yeso o Lote # 51: (Contiene 1 artículo: Silla fija sin soporte para brazos o Lote # 52: (Contiene 1 artículo: Silla para toma de muestra de sangre o Lote # 53: (Contiene 1 artículo: Silla secretarial sin brazos o Lote # 57: (Contiene 1 artículo: Taburete giratorio sin espaldar • Monto total del contrato US $ 32,399.73
,
Name of Company:
TERÁN, S.A. (CASA TERÁN, S.A.)
Contact details:
o Lote #3: (Contiene 1 artículo: Esterilizador eléctrico de 250 litros o Lote # 6: (Contiene 1 artículo: Balde de acero inoxidable con tapa y rodos o Lote #8: (Contiene 1 artículo: Camilla de examen físico o Lote # 14: (Contiene 1 artículo: Cuna térmica o Lote # 17: (Contiene 1 artículo: Electrocardiógrafo o Lote # 30: (Contiene 1 artículo: Lámpara cuello de cisne o Lote # 32: (Contiene 1 artículo: Laringoscopio Macintosh o Lote # 33: (Contiene 1 artículo, Laringoscopio Miller o Lote # 38: (Contiene 1 artículo, Monitor fetal. o Lote # 46: (Contiene 1 artículo, Refrigerador vertical uso general. o Lote # 49: Contiene 1 artículo, Set de diagnóstico clínico o Lote # 54: (Contiene 1 artículo: Succionador quirúrgico • Monto total del contrato US$106,896.92
,
Name of Company:
BÜHLER PHARMA, S.A.
Contact details:
o Lote # 1: (Contiene 1 artículo: Archivador de 4 gavetas. o Lote # 5: (Contiene 1 artículo: Balanza neonatal / pediátrica o Lote # 9: Contiene 1 artículo: Camilla de examen ginecológico o Lote # 13: Contiene 1 artículo: Cortadora de gasas o Lote # 16: Contiene 1 artículo: Electrobisturí o Lote # 18: Contiene 1 artículo: Electrocauterio o Lote # 19: Contiene 1 artículo: Equipo de cirugía menor o Lote # 20: Contiene 1 artículo: Equipo de Colposcopia. o Lote # 22: Contiene 1 artículo: Equipo de curaciones o Lote # 23: Contiene 1 artículo: Equipo de extracción de cuerpo extraño o Lote # 24: (Contiene 1 artículo: Equipo de inyectable o Lote # 25: (Contiene 1 artículo: Escritorio de consulta o Lote # 27: (Contiene 1 artículo: Estetoscopio Adulto o Lote # 28: (Contiene 1 artículo: Estetoscopio Neonatal o Lote # 29: (Contiene 1 artículo: Estetoscopio Pediátrico o

Lote # 35: (Contiene 1 artículo: Martillo de reflejos o Lote # 39: (Contiene 1 artículos: Nebulizador o Lote # 42: (Contiene 1 artículo: Pinza Foerster recta o Lote # 44: (Contiene 1 artículo: Porta Pinza o Lote # 55: (Contiene 1 artículo: Succionador portátil o Lote # 58: (Contiene 1 artículo: Taza para solución 6 oz. acero inoxidable o Lote # 60: (Contiene 1 artículo: Tensiómetro adulto o Lote # 62: (Contiene 1 artículo: Tensiómetro pediátrico • Monto total del contrato US$ 33,844.00

,

Name of Company:
Importadora Médica S. A
Contact details:
o Lote # 37: (Contiene 1 artículo: Monitor de signos vitales • Monto total del contrato US $ 12,150.00

,

Name of Company:
S y A Núñez & Cía. Ltda. (DROGUERIA NUÑEZ & CIA. LTDA)
Contact details:
o Lote # 15: (Contiene 1 artículo: Detector fetal doppler • Monto total del contrato US$ 715.90

Contract Amount:
Project ID: NI-L1143
Borrower/Bid No: MINISTERIO DE SALUD

Notificación de Adjudicación del Contrato

PAÍS: Nicaragua

PROYECTO: Programa Multisectorial de Atención a Determinantes de la Salud en el Corredor Seco

Número del Proyecto y del Contrato de Préstamo: Proyecto NI- L1143, Préstamo 4422/BL-NI

SECTOR: Salud

ADQUISICIÓN DE BIENES: Licitación Pública Internacional **No. PMCS-314-LPI-B-BID-314-10-2019 "Equipamiento para la Consulta Externa del Hospital Pedro Altamirano en la Trinidad".**

NÚMERO DE LOTES LICITADOS: **62**

Nombre de todos los oferentes que presentaron oferta:

1. Sunline Internacional, S.A o SINTER, S.A.
2. TERAN INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA (CASA TERAN)
3. S y A Núñez & Cía. Ltda. (DROGUERIA NUÑEZ & CIA. LTDA)
4. MEVANIC S.A.
5. Modulares P B S.A.
6. Importadora Médica S.A.
7. BUHLER PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA
8. GENCO S.A.
9. MDP MEDICAL

i. **Precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas**:

- Sunline Internacional, S.A o SINTER, S.A. US$ **233,081.83**
- TERAN INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA (CASA TERAN) **US$170,908.15**
- S y A Núñez & Cía. Ltda. (DROGUERIA NUÑEZ & CIA. LTDA) US$**176,748.37**

- MEVANIC S.A. US$**20,661.53**
- Modulares P B S.A. C$**968,480.03**
- Importadora Médica S.A. US$**34,550.00**
- BUHLER PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA US$**185,217.75**
- GENCO S.A. US**74,355.00**
- MDP MEDICAL C$**4,991,238.00**

ii. **Nombre de los oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados de cada oferta**:

Lote No.	NOMBRE DEL OFERENTE	PRECIO DEL LOTE
1	**BUHLLER PHARMA**	**2,702.50**
	SINTER	2,980.10
2	**SINTER**	**1,515.35**
	CASA TERAN	1,930.85
	BUHLLER PHARMA	2,271.25
3	**CASA TERAN**	**72,024.79**
	S y A Núñez & Cía. Ltda.	79,517.35
4	**SINTER**	**875.50**
	BUHLLER PHARMA	1,100.00
	CASA TERAN	1,323.60
5	**BUHLLER PHARMA**	**1,375.00**
	SINTER	1,782.70
	CASA TERAN	1,867.20
6	**CASA TERAN**	**1096.30**
	SINTER	1,264.30
	CASA TERAN	1,400.00
7	**SINTER**	**4,443.60**
	BUHLLER PHARMA	4,470.00
8	**CASA TERAN**	**3,149.20**
	SINTER	3,269.10
	BUHLLER PHARMA	3,750.00
	S y A Núñez & Cía. Ltda.	8,931.80
9	**BUHLLER PHARMA**	**1,980.00**
	CASA TERAN	**2,415.90**
	SINTER	2,438.91
	S y A Núñez & Cía. Ltda.	3,109.08
10	**SINTER**	**2,216.31**

	BUHLLER PHARMA	2,490.00
	CASA TERAN	2,877.09
	S y A Núñez & Cía. Ltda.	2,986.35
11	**SINTER**	**968.91**
	CASA TERAN	980.40
	BUHLLER PHARMA	1,020.00
12	**SINTER**	**1,969.08**
	BUHLLER PHARMA	2,394.00
	CASA TERAN	2,932.86
13	**BUHLLER PHARMA**	**1,302.00**
	SINTER	2,902.05
14	**CASA TERAN**	**10,169.62**
	Importadora Médica S.A.	11,600.00
	S y A Núñez & Cía. Ltda.	13,003.84
15	**S y A Núñez & Cía. Ltda.**	**715.90**
	CASA TERAN	742.45
	BUHLLER PHARMA	920.00
	SINTER	1,720.10
16	**BUHLLER PHARMA**	**6,350.00**
	S y A Núñez & Cía. Ltda.	12,804.55
17	**CASA TERAN**	**1,904.04**
	Importadora Médica S.A.	2,000.00
	BUHLLER PHARMA	2,480.00
	SINTER	3,285.97
	S y A Núñez & Cía. Ltda.	3,995.19
18	**BUHLLER PHARMA**	**3,555.00**
	S y A Núñez & Cía. Ltda.	9,797.73
19	**BUHLLER PHARMA**	**2,220.00**
	SINTER	8,043.00
20	**BUHLLER PHARMA**	**2,490.00**
	Importadora Médica S.A.	4,400.00
	S y A Núñez & Cía. Ltda.	7,725.00
	CASA TERAN	8,153.50
	SINTER	8,416.38
21	**SINTER**	**3,008.43**
	BUHLLER PHARMA	3,950.00

	Importadora Médica S.A.	4,400.00
	S y A Núñez & Cía. Ltda.	4,501.63
	CASA TERAN	5,013.50
22	**BUHLLER PHARMA**	**1,650.00**
	SINTER	2,727.00
23	**BUHLLER PHARMA**	**960.00**
24	**BUHLLER PHARMA**	**714.00**
	SINTER	1,866.96
25	**BUHLLER PHARMA**	**2,691.00**
	SINTER	2,734.68
26	**BUHLLER PHARMA**	**2,702.50**
	CASA TERAN	3,391.80
	SINTER	3,500.10
27	**BUHLLER PHARMA**	**202.50**
	CASA TERAN	263.25
28	**BUHLLER PHARMA**	**108.00**
	CASA TERAN	130.48
29	**BUHLLER PHARMA**	**202.50**
	CASA TERAN	266.25
30	**CASA TERAN**	**1,665.60**
	SINTER	3,295.05
31	**DESIERTO**	
32	**CASA TERAN**	**581.62**
33	**CASA TERAN**	**658.13**
34	**SINTER**	**2,018.52**
35	**BUHLLER PHARMA**	**97.50**
	SINTER	133.95
36	**SINTER**	**1,329.60**
	CASA TERAN	1,589.28
	BUHLLER PHARMA	1,620.00
37	**Importadora Médica S.A.**	**12,150.00**
	CASA TERAN	12,815.07
	BUHLLER PHARMA	13,005.00
	S y A Núñez & Cía. Ltda.	17,687.85
	SINTER	21,847.80
38	**CASA TERAN**	**3,502.92**
	S y A Núñez & Cía. Ltda.	4,350.00

39	**BUHLLER PHARMA**	**2,875.00**
	CASA TERAN	3,734.30
	S y A Núñez & Cía. Ltda.	4,186.35
	SINTER	4,874.58
40	**DESIERTO**	
42	**BUHLLER PHARMA**	**61.50**
	SINTER	261.30
43	**BUHLLER PHARMA**	**2,760.00**
	SINTER	11,081.04
44	**BUHLLER PHARMA**	**200.00**
	SINTER	671.60
45	**SINTER**	**1,190.00**
	BUHLLER PHARMA	1,227.00
	CASA TERAN	1,300.00
46	**CASA TERAN**	**3,253.50**
48	**SINTER**	**2,007.18**
	BUHLLER PHARMA	6,750.00
49	**CASA TERAN**	**7,204.32**
50	**SINTER**	**5,925.50**
	BUHLLER PHARMA	6,318.00
51	**SINTER**	**1,380.00**
52	**SINTER**	**356.50**
	BUHLLER PHARMA	485.00
53	**SINTER**	**2,892.00**
54	**CASA TERAN**	**1,686.88**
	S y A Núñez & Cía. Ltda.	2,147.84
	BUHLLER PHARMA	4,500.00
55	**BUHLLER PHARMA**	**1,130.00**
	CASA TERAN	1,145.67
	S y A Núñez & Cía. Ltda.	1,287.91
56	**SINTER**	**1,083.00**
	CASA TERAN	1,117.50
57	**SINTER**	**303.25**
58	**BUHLLER PHARMA**	**32.50**
	SINTER	135.20
59	**DESIERTO**	
60	**BUHLLER PHARMA**	**472.50**

61	**DESIERTO**		
62	**BUHLLER PHARMA**	**472.50**	
			$192,552.05

iii. **Nombre de los oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo**:

- La oferta presentada por el oferente MEVANIC, No Cumple con lo requerido en lista de precios, de conformidad con las Cláusulas 12 de las IAO; alterando su forma y además ofreciendo servicios conexos que no fueron requerido y No presentó en su oferta ni respuesta de aclaraciones los Estados Financieros auditados por una firma auditora completos (Balance General y Estado de Resultados, incluidas todas las notas explicativas) del oferente, correspondiente al último año (período) fiscal (2019), según lo requerido en el DDL en la IAO 19 literal C, Considerando el son desviación y omisión significativa, que limita de una manera sustancial los derechos del Comprador o las obligaciones del Oferente. por lo que **No Pasa a la siguiente etapa de evaluación.**
- Las ofertas presentadas por los oferentes GENCO, MODULARES P B y MDP Nicaragua, **No cumplieron** según lo requerido en el DDL en la IAO 19 literal C; No presentaron en sus ofertas ni en respuestas de aclaraciones los Estados Financieros auditados por una firma auditora completos (Balance General y Estado de Resultados, incluidas todas las notas explicativas) del oferente, correspondiente al último año (período) fiscal (2019), considerando el comité una omisión significativa, que limita de una manera sustancial los derechos del Comprador o las obligaciones del Oferente, por lo que **No Pasa a la siguiente etapa de evaluación**
- La oferta presentada por el oferente **Sunline Internacional, S.A o SINTER, S.A,** para el **Lote No. 32: Laringoscopio Macintosh** y para **el Lote No. 33: Laringoscopio Miller. No cumple** con las Estipulaciones y Condiciones del Contrato, no cumple con la Elegibilidad de los bienes, el bien ofertado es de Pakistán, país no elegible, por tanto, no **pasa a la siguiente etapa de evaluación.** El Comité de Licitación considera que es una omisión significativa que limita de una manera sustancial los derechos del Comprador y las Obligaciones del Oferente, por tanto, rechaza la oferta
- La oferta presentada por el oferente **BUHLER PHARMA, S.A.,** para el Lote No. 3: **Esterilizador eléctrico de 250 litros,** presentó especificaciones técnicas que no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Documento de licitación y enmienda publicada. En la especificación técnica 2.10. Generador eléctrico, oferta monofásica, siendo lo solicitado 208-230 VAC / 60 Hertz, **Trifásico**. El Comité de Licitación considera que es una desviación significativa que afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los bienes, Por lo tanto, **no pasa a la siguiente etapa de evaluación**.
- La oferta presentada por el oferente **Sunline Internacional, S.A o SINTER, S.A.,** para el Lote No. 3: **Esterilizador eléctrico de 250 litros**, presentó especificaciones técnicas que no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Documento de licitación y enmienda publicada, no Adjuntó en su oferta ni en respuestas de aclaraciones los certificados de norma de seguridad para esterilizadores: EN/UL/IEC 61010-2-040 (ó Equivalente) y el certificado de fábrica que el equipo y modelo ofertado no está descontinuado en la línea. El Comité de Licitación considera que es una omisión significativa que limita de una manera sustancial los derechos del Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; **Por lo tanto, no pasa a la siguiente etapa de evaluación.**
- La oferta presentada por el oferente **Sunline Internacional, S.A o SINTER, S.A.,** para el Lote No. 3: **Electrobisturí,** presentó especificaciones técnicas que no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Documento de licitación y enmienda publicada, No adjuntó los siguientes certificados: Certificado de seguridad eléctrica: IEC 60601-1 ó Equivalente, Certificado de compatibilidad electromagnética: IEC 60601-1-2 ó Equivalente, ni el certificado de seguridad para equipos médicos quirúrgicos de alta frecuencia: IEC 60601-2-2 ó Equivalente. El Comité de Licitación considera que es una omisión significativa limita de una manera sustancial, los derechos del Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato, Por lo tanto, **no pasa a la siguiente etapa de evaluación.**
- La oferta presentada por el oferente **Sunline Internacional, S.A o SINTER, S.A.,** para el Lote No. 18: Electrocauterio, presentó especificaciones técnicas que no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Documento de licitación y enmienda publicada, No se verificó en oferta, ni en respuesta a solicitud de aclaraciones las especificaciones técnicas: Potencia de salida en baja 20 Watt o mayor; Modo Bipolar: 35 watt o Mayor; alarma sonora y visual; Certificado de seguridad eléctrica: IEC 60601-1 o Equivalente, Certificado de compatibilidad electromagnética: IEC 60601-1-2 ó Equivalente, ni el certificado de seguridad para equipos médicos quirúrgicos de alta frecuencia: IEC 60601-2-2 ó Equivalente. El Comité de Licitación considera que es una desviación importante que afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes y una omisión significativa que afecta limita de una manera sustancial, los derechos del Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato, **Por lo tanto no pasa a la siguiente etapa de evaluación**
- La oferta presentada por el oferente **BUHLER PHARMA, S.A.,** para el Lote No. 30: **Lámpara cuello de cisne,** presentó

especificaciones técnicas que no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Documento de licitación, oferta la altura de la lámpara de 122 a 183 cm y lo requerido es de 88 a140cm, El Comité de Licitación considera que es una desviación significativa que afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento **Por lo tanto no pasa a la siguiente etapa de evaluación.**

- La oferta presentada por el oferente **BUHLER PHARMA, S.A.,** para el Lote No. 31: **Lámpara de wood,** presentó especificaciones técnicas que no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Documento de licitación y enmienda publicada, no se verificó en oferta, ni en respuesta a solicitud de aclaraciones la especificación técnica 2.1.- Longitud de onda: Rango de 320 y 400 nm y ofertó en la especificación 2.2 Potencia 9W, cuando lo requerido es 13W, El Comité de Licitación considera que es una omisión significativa que afecta limita de una manera sustancial, los derechos del Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato y una desviación importante que afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes, **Por lo tanto no pasa a la siguiente etapa de evaluación.**
- La oferta presentada por el oferente **TERAN INTERNATIONAL, S.A. (CASA TERAN),** para el Lote No 34: **Mampara o cortina para dividir camilla** presentó especificaciones técnicas que no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Documento de licitación y enmienda publicada, oferta la Mampara color celeste, siendo lo solicitado color blanco, El Comité de Licitación considera que es una desviación importante porque de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes que presentan ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación.
- La oferta presentada por el oferente **BUHLER PHARMA, S.A.,** para el Lote No 34: **Mampara o cortina para dividir camilla** presentó especificaciones técnicas que no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Documento de licitación y enmienda publicada, en la especificación técnica 2. oferta ancha de 2.25 m, siendo lo solicitado 1.8 metros de ancho (+/- 15%), con una tolerancia máxima es hasta 2.07m. El Comité de Licitación considera que es una desviación significativa que afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento **Por lo tanto no pasa a la siguiente etapa de evaluación.**
- La oferta presentada por el oferente **Sunline Internacional, S.A o SINTER, S.A.,** para el Lote No 38: **Monitor fetal,** presentó especificaciones técnicas que no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Documento de licitación y enmienda publicada, No se verifico en oferta, ni en respuesta a solicitud de aclaraciones, las especificaciones: 2.1 Monitor Fetal, Con posibilidad de monitoreo de gemelos y monitoreo de la Saturación de oxigeno SPO2 de la madre, 2.2 Modo Ultrasónico; Doppler pulsado con proceso de corrección automática, 2.8 Parámetros visualizados; Frecuencia cardiaca fetal y contracciones uterinas numérica y gráfica, movimiento fetal, hora, alarmas, como mínimo, 2.9 Memoria para registros, 2.10 Alarmas, 2.11 Base móvil con soportes para instalar el equipo y canasta para accesorios. De material aluminio, acero inoxidable o acero cromado, tampoco se verificó: Escala de latidos cardíacos, Escala de actividad uterina ni Avance de Registro. El Comité de Licitación considera que es una omisión significativa que afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento y además limita de una manera sustancial, los derechos del Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato Por lo tanto **no pasa a la siguiente etapa de evaluación.**
- La oferta presentada por el oferente **BUHLER PHARMA, S.A.,** para el Lote No 40: **Negatoscopio de dos cuerpos,** presentó especificaciones técnicas que no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Documento de licitación y enmienda publicada, en la especificación técnica 2.9. Iluminación con lámparas o tubos fluorescentes (LED opcional) de por lo menos 3,000 h de iluminación continua de 15 o 20 watts luz blanca, oferta lámpara de 22 watts. El Comité de Licitación considera que es una desviación importante que afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento Por lo tanto **no pasa a la siguiente etapa de evaluación.**
- La oferta presentada por el oferente **TERAN INTERNATIONAL, S.A. (CASA TERAN),** para el Lote No 40: **Negatoscopio de dos cuerpos**, presentó especificaciones técnicas que no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Documento de licitación y enmienda publicada, en la especificación técnica 2.9. Iluminación con lámparas o tubos fluorescentes (LED opcional) de por lo menos 3,000 h de iluminación continua de 15 o 20 watts luz blanca, oferta iluminación de 32 watts. El Comité de Licitación considera que es una desviación importante que afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento Por lo tanto **no pasa a la siguiente etapa de evaluación.**
- La oferta presentada por el oferente **Sunline Internacional, S.A o SINTER, S.A,** para el Lote No 40: **Negatoscopio de dos cuerpos**, presentó especificaciones técnicas que no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Documento de licitación y enmienda publicada, en la especificación técnica 2.9. Iluminación con lámparas o tubos fluorescentes (LED opcional) de por lo menos 3,000 h de iluminación continua de 15 o 20 watts luz blanca, oferta iluminación de 32 watts. El Comité de Licitación considera que es una desviación importante que afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento Por lo tanto **no pasa a la siguiente etapa de evaluación**
- La oferta presentada por el oferente **TERAN INTERNATIONAL, S.A. (CASA TERAN),** para el Lote No 57: **Taburete giratorio sin espaldar**, presentó especificaciones técnicas que no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Documento de licitación y enmienda publicada, en la especificación técnica 2.1. Estructura del banco: De acero inoxidable con asiento tapizado en vinil, Oferta acero cromado. El Comité de Licitación considera que es desviación importante que afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento Por lo tanto **no pasa a la siguiente etapa de**

evaluación

- La oferta presentada por el oferente **TERAN INTERNATIONAL, S.A. (CASA TERAN**), para el Lote No 60: **Tensiómetro adulto,** presentó especificaciones técnicas que no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Documento de licitación y enmienda publicada, se solicita en la especificación 2.2. Perilla insufladora, Libre de látex, oferta látex, en la 2.6. Bolsa de insuflación Libre de látex, propia para el brazalete de nylon, también oferta látex. El Comité de Licitación considera que es una desviación importante que afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento **Por lo tanto no pasa a la siguiente etapa de evaluación.**
- La oferta presentada por el oferente **BUHLER PHARMA, S.A.,** para el Lote No 61: **Tensiómetro neonatal**, presentó especificaciones técnicas que no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Documento de licitación y enmienda publicada, en la especificación 2.4. Dimensiones totales del brazalete: Entre 18 a 22 cm de largo y entre 5 a 8 cm de ancho, Oferta ancho de 12 cm. El Comité de Licitación considera que es una desviación importante que afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento **Por lo tanto no pasa a la siguiente etapa de evaluación.**
- La oferta presentada por el oferente **TERAN INTERNATIONAL, S.A. (CASA TERAN**), para el Lote No 61: **Tensiómetro neonatal**, presentó especificaciones técnicas que no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Documento de licitación y enmienda publicada, se solicita en la especificación 2.2. Perilla insufladora, Libre de látex, oferta látex, en la 2.6. Bolsa de insuflación Libre de látex, propia para el brazalete de nylon, también oferta látex. El Comité de Licitación considera que es una desviación importante que afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento **Por lo tanto no pasa a la siguiente etapa de evaluación.**
- La oferta presentada por el oferente **TERAN INTERNATIONAL, S.A. (CASA TERAN),** para el Lote No 62: **Tensiómetro pediátrico**, presentó especificaciones técnicas que no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Documento de licitación y enmienda publicada, se solicitó en la especificación 2.2. Perilla insufladora, Libre de látex, oferta látex, en la 2.6. Bolsa de insuflación Libre de látex, propia para el brazalete de nylon, también oferta látex. El Comité de Licitación considera que es una desviación importante que afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento **Por lo tanto no pasa a la siguiente etapa de evaluación.**

iv. **Nombre de los oferentes seleccionados y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado**:

1. Se adjudica al Oferente **Sunline Internacional, S.A o SINTER, S.A** los siguientes lotes:

- **Lote #2:** (Contiene 1 artículo: Armario de seguridad para medicamentos).
- **Lote #4:** (Contiene 1 artículo**:** Balanza con tallímetro para adultos
- **Lote # 7:** (Contiene 1 artículo: Banca de espera (3 plazas)
- **Lote #10:** (Contiene 1 artículo**:** Camilla de transporte
- **Lote #11:** (Contiene 1 artículo**:** Carro de curaciones
- **Lote #12:** (Contiene 1 artículo: Carro de transporte de materiales
- **Lote # 21:** (Contiene 1 artículo: Equipo de Crioterapia
- **Lote # 34:** (Contiene 1 artículo: Mampara o cortina para dividir camilla
- **Lote # 36:** (Contiene 1 artículo: Mesa de Mayo.
- **Lote # 45:** Contiene 1 artículo: Porta suero con rodos
- **Lote # 48:** (Contiene 1 artículo*:* Set de asas diatérmicas
- **Lote # 50:** (Contiene 1 artículo*:* Sierra para cortar yeso
- **Lote # 51:** (Contiene 1 artículo*:* Silla fija sin soporte para brazos
- **Lote # 52:** (Contiene 1 artículo*:* Silla para toma de muestra de sangre

- **Lote # 53:** (Contiene 1 artículo*:* Silla secretarial sin brazos
- **Lote # 57:** (Contiene 1 artículo*:* Taburete giratorio sin espaldar

- Monto total del contrato **US $ 32,399.73**
- Plazo de entrega de 150 días contados a partir de la firma del contrato.

2. Se adjudica al Oferente **TERÁN, S.A. (CASA TERÁN, S.A.)** los siguientes lotes:

- **Lote #3:** (Contiene 1 artículo**:** Esterilizador eléctrico de 250 litros
- **Lote # 6:** (Contiene 1 artículo: Balde de acero inoxidable con tapa y rodos
- **Lote #8:** (Contiene 1 artículo**:** Camilla de examen físico
- **Lote # 14**: (Contiene 1 artículo: Cuna térmica
- **Lote # 17:** (Contiene 1 artículo: Electrocardiógrafo
- **Lote # 30:** (Contiene 1 artículo: Lámpara cuello de cisne
- **Lote # 32:** (Contiene 1 artículo: Laringoscopio Macintosh
- **Lote # 33:** (Contiene 1 artículo, Laringoscopio Miller
- **Lote # 38:** (Contiene 1 artículo, Monitor fetal.
- **Lote # 46:** (Contiene 1 artículo, Refrigerador vertical uso general.
- **Lote # 49:** Contiene 1 artículo, Set de diagnóstico clínico
- **Lote # 54:** (Contiene 1 artículo*:* Succionador quirúrgico

- Monto total del contrato **US$106,896.92**
- Plazo de entrega de 150 días contados a partir de la firma del contrato.

3. Se adjudica al oferente **BÜHLER PHARMA, S.A.** los siguientes lotes:

- **Lote # 1: (**Contiene 1 artículo**:** Archivador de 4 gavetas.
- **Lote # 5: (**Contiene 1 artículo**:** Balanza neonatal / pediátrica
- **Lote # 9:** Contiene 1 artículo: Camilla de examen ginecológico
- **Lote # 13:** Contiene 1 artículo: Cortadora de gasas
- **Lote # 16:** Contiene 1 artículo: Electrobisturí
- **Lote # 18:** Contiene 1 artículo: Electrocauterio
- **Lote # 19:** Contiene 1 artículo**:** Equipo de cirugía menor
- **Lote # 20:** Contiene 1 artículo**:** Equipo de Colposcopia.
- **Lote # 22:** Contiene 1 artículo**:** Equipo de curaciones
- **Lote # 23:** Contiene 1 artículo**:** Equipo de extracción de cuerpo extraño
- **Lote # 24: (**Contiene 1 artículo**:** Equipo de inyectable
- **Lote # 25: (**Contiene 1 artículo: Escritorio de consulta
- **Lote # 27: (**Contiene 1 artículo: Estetoscopio Adulto
- **Lote # 28: (**Contiene 1 artículo: Estetoscopio Neonatal
- **Lote # 29: (**Contiene 1 artículo: Estetoscopio Pediátrico

- **Lote # 35: (**Contiene 1 artículo: Martillo de reflejos
- **Lote # 39: (**Contiene 1 artículos**:** Nebulizador
- **Lote # 42: (**Contiene 1 artículo**:** Pinza Foerster recta
- **Lote # 44: (**Contiene 1 artículo**:** Porta Pinza
- **Lote # 55: (**Contiene 1 artículo**:** Succionador portátil
- **Lote # 58: (**Contiene 1 artículo: Taza para solución 6 oz. acero inoxidable
- **Lote # 60: (**Contiene 1 artículo: Tensiómetro adulto
- **Lote # 62: (**Contiene 1 artículo: Tensiómetro pediátrico

- Monto total del contrato **US$ 33,844.00**
- Plazo de entrega de 150 días contados a partir de la firma del contrato.

4. Se adjudica al oferente **Importadora Médica S. A.** lo siguiente:

- **Lote # 37: (**Contiene 1 artículo**:** Monitor de signos vitales

- Monto total del contrato **US $ 12,150.00**
- Plazo de entrega 150 días contados a partir de la firma del contrato.

5. Se adjudica al oferente **S y A Núñez & Cía. Ltda. (DROGUERIA NUÑEZ & CIA. LTDA).** lo siguiente:

- **Lote # 15: (**Contiene 1 artículo**:** Detector fetal doppler

- Monto total del contrato **US$ 715.90**
- Plazo de entrega 150 días contados a partir de la firma del contrato.

_____

Lic. Tania Isabel García González

Directora General de Adquisiciones

Ministerio de Salud

Managua 17 de febrero del 2021