



Last updated 3 days ago

## Bolivia

### Institution

Inter-American Development Bank

### Project

Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia

### Title

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO E INDUSTRIAL PARA LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL: "SAN SALVADOR DE OCURI" y "MADRE OBRERA DE LLALLAGUA" (2da Convocatoria).

#### NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

Institución Financiera: **Banco Interamericano de Desarrollo**

Tipo de adquisiciones: **BIENES**

Sector: **SALUD**

País del proyecto: **Bolivia**

Nombre del Proyecto: **Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia**

Préstamo n°/ Donación n°: **4612/BL-BO**

Contrato n°/ Licitación n°: **CONE-133-LPI-B**

Descripción de la licitación/contrato: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL PARA LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL: "SAN SALVADOR DE OCURI" y "MADRE OBRERA DE LLALLAGUA" (2da Convocatoria).

Durante el proceso de licitación para los bienes indicados en la parte superior, bajo el método de licitación **LPI**, las empresas citadas a continuación presentaron ofertas. Los precios de la oferta a la apertura y los precios de oferta evaluados de cada uno de los oferentes, así como la posición final se presenta a continuación:

#### Oferentes Evaluados:

N° de lote	Descripción del Lotes	Monto Ofertado con Impuestos en DDP							
		por los oferentes							
		EQUIPADO VG	QIM INTERNACIONAL	EQUIPOS Y SERVICIOS CISE SRL	ALTEA SPA	IMPORTACIÓN DE LABORATORIO ESPACIAL	EDUCTRADE	AGT	VIBA - MULTIMED
1	cocina y lavanderia	---	---	---	---	---	USD 450.179,93	---	---
2	cámaras frigoríficas	---	---	USD 71.025,50	---	---	---	---	---

3	Equipos de atención ambulatoria	---	BS 2.927.411,00	---	---	---	---	---	---
4	Mobiliario Clínico	USD 465.871,00	BS 3.536.800,00	---	USD 678.066,00	USD 479.060,00	---	---	---
5	Camas y Camillas	---	BS 4.256.590,00	---	USD 598.111,00	USD 636.930,00	USD 741.016,34	USD 600.171,10	---
6	Equipos portátiles para la atención	---	BS 996.875,00	---	---	---	---	---	USD 123.130,00
7	Equipos para la consulta	---	---	---	---	---	---	---	USD 105.290,00
8	Electromedicina	---	BS 1.913.000,00	---	USD 319.266,00	---	---	---	USD 268.000,00
9	Equipos de apoyo al laboratorio	LOTE DECLARADO DESIERTO							
10	Laboratorio Clínico	---	---	---	---	---	USD 678.522,74	---	---
11	Laboratorio Anatomía Patológica	LOTE DECLARADO DESIERTO							

	DESCUENTOS	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	0.25 % ó 0.5 % SOBRE EL PRECIO TOTAL DDP DE LOS BIENES DE LOS LOTES ADJUDICADOS EN CASO DE ADJUDICACIÓN SIMULTANEA DE DOS (2) LOTES, SE APLICARÁ UN DESCUENTO DEL 0.25% SOBRE EL PRECIO TOTAL DDP DE LOS BIENES DE DICHOS LOTES. EN CASO DE ADJUDICACIÓN SIMULTANEA DE LOS TRES (3) LOTES SE APLICARÁ UN DESCUENTO DEL 0.50% SOBRE EL PRECIO TOTAL DDP DE LOS BIENES DE DICHOS LOTES	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	10% DE DESCUENTO EN LOS LOTES PRESENTADOS EN CASO DE ADJUDICACIÓN DE LOS 3 LOTES PRESENTADOS EN LA PROPUESTA (LOTE 8, LOTE 7 Y LOTE 6)
--	------------	---------	---------	---------	--	---------	---------	---------	---

Oferentes Rechazados:

LOTE 4: MOBILIARIO CLINICO

Nº	OFERENTE	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE DESTINO	PERIODO DE	SERVICIOS CONEXOS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		CUMPLE / NO CUMPLE	FINAL CONVENIDO  CUMPLE / NO CUMPLE	GARANTIA  CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	
2	QIM INTERNACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EETT  REQUERIDAS	OF

						<div><div><div>Ítem 32 "Silla de ruedas"</div><div>De acuerdo al DDL se requiere:</div><div>Peso de usuario: 120 -125 Kg</div></div><div><div>Ítem 32 "</div><div>De acue</div><div>Peso de</div></div></div>
						<div><div><div>Ítem 33 "Silla de ruedas para transporte obesos"</div><div>De acuerdo al DDL se requiere:</div><div>Peso de usuario &gt; 125 Kg.</div></div><div><div>Ítem 33 "</div><div>para tran</div><div>De acue</div><div>Peso de</div></div></div>
						<div><div><div>Ítem 36 "Sillón de descanso acompañante de un cuerpo"</div><div>De acuerdo al DDL se requiere:</div><div>Medidas aproximadas: 450 mm x 500 mm x 1150 mm.</div></div><div><div>Ítem</div><div>descans</div><div>de</div><div>De acue</div><div>Medidas</div><div>solicitadas</div><div>considera</div><div>ambiente</div><div>espacios</div><div>sillón com</div><div>entraría</div><div>cómoda</div><div>final.</div></div></div>
						<div><div><div>Ítem 41 "Vitrina colgante uso médico"</div><div>De acuerdo al DDL se requiere:</div><div>Armario vitrina con 2 puertas de cristal correderas.</div><div>Cuatro estantes de cristal templado.</div></div><div><div>Ítem 41 "</div><div>us</div><div>De acue</div><div>Armario</div><div>cuenta co</div><div>No cuen</div><div>de cristal</div></div></div>
						<div>CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de la</div> <div>INTERNACIONAL, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de s</div> <div>publicado.</div>
3	ALTHEA SPA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	<div><div>EETT</div><div>REQUERIDAS</div><div>De acuerdo al DDL</div></div> <div><div>EETT</div><div>OFERTADAS</div><div>CUMPLE</div></div> <div>CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de la empresa</div> <div>CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.</div>

4	SPACE LAB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EETT	EETT
						REQUERIDAS	OFERTADAS
						Ítem 2 "CARRO AUXILIAR TRANSPORTE DE MEDICACIÓN"	Ítem 2 "CARRO AUXILIAR TRANSPORTE DE MEDICACIÓN"
						De acuerdo al DDL	No presenta ficha de evaluación de técnicas ni catálogo.
CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de la empresa S							CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.

LOTE 5: CAMAS Y CAMILLAS

Nº	OFERENTE	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE DESTINO FINAL CONVENIDO	PERIODO DE GARANTIA	SERVICIOS CONEXOS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	
1	QIM INTERNACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EETT	EETT
						REQUERIDAS	OFERTADAS
						De acuerdo al DDL	No presenta ficha de evaluación de especificaciones ni catálogo.
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de la empresa QIM INTERNACIONAL CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.	
2	SPACE LAB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EETT	EETT
						REQUERIDAS	OFERTADAS
						Ítem 10 “CAMILLA DE YESOS CON EXTENSIONES”	Ítem 10 “CAMILLA DE YESOS CON EXTENSIONES”
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de la empresa, SPACE LAB CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.	
3	EDUCTRADE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EETT	EETT
						REQUERIDAS	OFERTADAS
						De acuerdo al DDL	CUMPLE
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de la empresa EDUCTRADE CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.	
4	AGT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EETT	EETT
						REQUERIDAS	OFERTADAS

						<div>Ítem 7 "CAMILLA DE EXAMEN CLINICO PEDIATRICA"</div> <div>De acuerdo al DDL se requiere: Camilla para atención al paciente con estructura de acero inoxidable.</div>	<div>Ítem 7 "CAMILLA DE EXAME PEDIATRICA"</div> <div>De acuerdo a su ofert Oferta camilla con estructura c por lo que no cumple lo solicitado</div>
						<div>Ítem 8 "CAMILLA DE PROCEDIMIENTOS"</div> <div>De acuerdo al DDL se requiere: Camilla para atención al paciente con estructura de acero inoxidable.</div>	<div>Ítem 8 "CAMILLA DI PROCEDIMIENTOS"</div> <div>De acuerdo a su ofert Oferta camilla con estructura c por lo que no cumple lo solicitado</div>
						<b>CONCLUSION:</b> Por lo que se concluye que la oferta de la empresa AGT, NO sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.	

LOTE 6: EQUIPOS PORTATILES PARA LA ATENCION

Nº	OFERENTE	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE DESTINO FINAL CONVENIDO	PERIODO DE GARANTIA	SERVICIOS CONEXOS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
1	QIM INTERNACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EETT REQUERIDAS	EETT OFERTADA
						Ítem 6 "CALENTADOR DE LIQUIDOS"	Ítem 6 "CALENTADOR DE LIQUIDOS"
						De acuerdo al DDL se requiere: Capacidad de calentar a flujos altos. Control del flujo de infusión de los fluidos y de la sangre: desde 10 ml/h hasta 750ml/h aproximadamente. Sistema de detección y extracción de aire.	De acuerdo a su oferta Oferta equipo capacidad de co infusión por presión Oferta equipo capacidad de ajuste de presión hasta 300 mmHg No cuenta con sistema de detección de coagulación

						<b>CONCLUSION:</b> Por lo que se concluye que l de la empresa, <b>QIM INTERNACIONAL NO C</b> sustancialmente lo solicitado de acuerdo a publicado.	
2	VIBA MULTIMED	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	<b>EETT REQUERIDAS</b>	<b>EETT OFERTADA</b>
						<b>Ítem 5 “CALENTADOR DE BIBERONES”</b>  De acuerdo al DDL se requiere:  Calentador de biberones de sobremesa.  Calentador de biberones para uso en salas de neonatología o pediatría	<b>Ítem 5 “CALENT DE BIBERON</b>  De acuerdo a su Oferta un ester equipo que corresponde o solicitado.  Oferta un ester equipo que corresponde o solicitado.
						<b>Ítem 6 “CALENTADOR DE LIQUIDOS”</b>  De acuerdo al DDL se requiere:  Capacidad de calentar a flujos altos.  Control del flujo de infusión de los fluidos y de la sangre: desde 10 ml/h hasta 750ml/h aproximadamente.  Sistema de detección y extracción de aire.	<b>Ítem 6 “CALENT DE LIQUIDO</b>  De acuerdo a su Oferta equipo capacidad de cale gotas/min.  Oferta equipo capacidad de aji flujo hasta gotas/min.  No cuenta con de detección de a
						<b>CONCLUSION:</b> Por lo que se concluye que l de la empresa <b>VIVA MULTIMED, NO C</b> sustancialmente lo solicitado de acuerdo a publicado.	

LOTE 7: EQUIPOS PARA CONSULTA

Nº	OFERENTE	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE DESTINO FINAL CONVENIDO	PERIODO DE GARANTIA	SERVICIOS CONEXOS	ESPECIFICACIONES	
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	
1	VIBA MULTIMED	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EETT	
						REQUERIDAS	
						Ítem 1 "ASPIRADOR QUIRURGICO DE ALTA POTENCIA"	Ítem 1 "ASPIRADOR QUIRURGICO DE ALTA POTENCIA"
						De acuerdo al DDL se requiere:  Recipiente recolector de 10 litros, esterilizable, con válvula anti-reflujo y con sistema de seguridad para no exceder la capacidad del recipiente con desviador rápido para pasar de un recipiente al otro.  Colector de 5 litros: El equipo podrá disponer de 2 recolectores, siendo la capacidad total de 10 litros.	De acuerdo al DDL se requiere:  Recipiente recolector de 10 litros, esterilizable, con válvula anti-reflujo y con sistema de seguridad para no exceder la capacidad del recipiente con desviador rápido para pasar de un recipiente al otro.  Colector de 5 litros: El equipo podrá disponer de 2 recolectores, siendo la capacidad total de 10 litros.
						Ítem 3 "BASCULA PARA RECIEN NACIDO ELECTRONICA"	Ítem 3 "BASCULA PARA RECIEN NACIDO ELECTRONICA"
						De acuerdo al DDL se requiere:	De acuerdo al DDL se requiere:
						Tallimetro pediátrico con rango 0 a 56 cm aproximadamente y división de 1 mm. El tallimetro se servirá montado en el pesa bebés.	Tallimetro pediátrico con rango 0 a 56 cm aproximadamente y división de 1 mm. El tallimetro se servirá montado en el pesa bebés.



							<div><div><div><div><div>Ítem 4 "BÁSCULA PEDIÁTRICA PRIMERA INFANCIA C/MESA"</div><div>De acuerdo al DDL se requiere:  Tallímetro pediátrico con rango 35-80 cm aproximadamente y división de 1 mm. El tallímetro se servirá montado en el pesa bebés.</div></div></div><div><div>PE</div><div>II</div><div>D</div><div>Ofe</div><div>rang</div><div>210</div><div>solu</div></div></div></div>
							<div><div><div><div><div>Ítem 5 "CAVITADOR ULTRASONICO"</div><div>De acuerdo al DDL se requiere:  Sistema con ajuste automático de frecuencia dentro del rango de potencia seleccionado.  Frecuencia mínima de 30 KHz.</div></div></div><div><div>í</div><div>F</div><div>D</div><div>El</div><div>cue</div><div>El</div><div>cue</div></div></div></div>
							<div><div><div><div><div>Ítem 7 "EQUIPO DE FISIOTERAPIA POR ONDA CORTA"</div><div>De acuerdo al DDL se requiere:</div></div></div><div><div>D</div><div>Ofe</div><div>esté</div><div>trat</div><div>reha</div></div></div></div>
							<div><div><div><div><div>Ítem 8 "EQUIPO DE FISIOTERAPIA POR ULTRASONIDO"</div><div>De acuerdo al DDL se requiere:  Programas prefijados con terapias más frecuentes y memoria libre para programar.</div></div></div><div><div>í</div><div>F</div><div>D</div><div>No</div></div></div></div>

## LOTE 8: ELECTROMEDICINA

10/14

						<div><div><div>Ítem 4 "COLPOSCOPIO (VIDEOCOLPOSCOPIO)"</div><div>De acuerdo al DDL se requiere:</div><div>Iluminación:</div><div>• Sistema de iluminación con LED.</div><div>• Potencia min 100 watts, especificar.</div></div><div><div>Ítem 4 "C</div><div>(VIDEOCC</div><div>De acuer</div><div>Oferta</div><div>iluminación</div><div>12watts,</div><div>lámpara m</div><div>lo solicitad</div></div></div>
						<div>CONCLUSION: Por lo que se concluye la empresa, <b>QIM INTERNACIONAL</b> sustancialmente lo solicitado de ac publicado.</div>
2	VIBA MULTIMED	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	<div><div>EETT</div><div>REQUERIDAS</div><div>OFE</div></div> <div><div>Ítem 2 "BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA"</div><div>De acuerdo al DDL se requiere:</div><div>Rango del bolo: 10- 1500 ml/h.</div></div> <div><div>Ítem 2 "INFUSIÓN</div><div>De acuer</div><div>Oferta ran</div><div>a 1500</div><div>cumpliendo</div><div>inferior.</div></div>
						<div><div>Ítem 4 "COLPOSCOPIO (VIDEOCOLPOSCOPIO)"</div><div>De acuerdo al DDL se requiere:</div><div>Iluminación:</div><div>• Sistema de iluminación con LED.</div><div>• Potencia min 100 watts, especificar.</div></div> <div><div>Ítem 4 "C</div><div>(VIDEOCC</div><div>De acuer</div><div>Oferta</div><div>iluminación</div><div>10watts,</div><div>lámpara m</div><div>lo solicitad</div></div>
						<div>CONCLUSION: Por lo que se concluye la empresa <b>VIVA MULTIMED,</b> sustancialmente lo solicitado de ac publicado.</div>

LOTE 10: LABORATORIO CLINICO

Nº	OFERENTE	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE DESTINO FINAL CONVENIDO	PERIODO DE GARANTIA	SERVICIOS CONEXOS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		CUMPLE /  NO CUMPLE	CUMPLE /  NO CUMPLE	CUMPLE /  NO CUMPLE	CUMPLE /  NO CUMPLE	CUMPLE /  NO CUMPLE	
1	EDUCTRADE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EETT	EE
						REQUERIDAS	OFERTAS
						De acuerdo al DDL	CUMPLIMIENTO
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la empresa, <b>EDUCTRADE CUMPLE</b> sus requisitos solicitados de acuerdo al DDL publicado.	

A continuación, se resume las empresas habilitadas para cada uno de los lotes

DESCRIPCION DE LOS LOTE	OFERENTE	Requisitos Técnicos de los Bienes y Servicios  Conexos  CUMPLE / NO CUMPLE	Capacidad Financiera  CUMPLE / NO CUMPLE	Experiencia y capacidad técnica  CUMPLE / NO CUMPLE	HABILITADA/ NO HABILITADA
Lote 1: COCINA Y LAVANDERIA	EDUCTRADE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
Lote 2: CAMARAS FRIGORIFICAS	EQUIPOS Y SERVICIOS CISE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
Lote 3: EQUIPOS DE ATENCION AMBULATORIA	QIM INTERNACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
Lote 4: MOBILIARIO CLINICO	VG EQUIPMED	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
	QIM INTERNACIONAL	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
	ALTHEA SPA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
	SPACE LAB	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
Lote 5: CAMAS Y CAMILLAS	QIM INTERNACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
	ALTHEA SPA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
	SPACE LAB	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
	EDUCTRADE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
	AGT	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
Lote 6: EQUIPOS PORTATILES PARA LA ATENCION	QIM INTERNACIONAL	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
	VIBA MULTIMED	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
Lote 7: EQUIPOS PARA CONSULTA	VIBA MULTIMED	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
Lote 8: ELECTROMEDICINA	QIM INTERNACIONAL	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
	VIVA MULTIMED	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
	ALTHEA SPA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

Lote 10: LABORATORIO CLINICO	EDUCTRADE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
------------------------------	-----------	--------	--------	--------	------------

**Oferentes Adjudicados:**

Lote	Oferente	Monto para Contrato USD	Plazo de entrega de los bienes desde el día siguiente de la firma de contrato	Plazo de entrega de los Servicios Conexos desde el día siguiente de la entrega física de los bienes
Lote 1: COCINA Y LAVANDERIA	EDUCTRADE	450.179,93	120 días	30 días
Lote 2: CAMARAS FRIGORIFICAS	EQUIPOS Y SERVICIOS CISE	71.025,50	90 días	25 días
Lote 3: EQUIPOS DE ATENCION AMBULATORIA	QIM INTERNACIONAL	426.736,30	90 días	30 días
Lote 4: MOBILIARIO CLINICO	VG EQUIPMED	465.871,00	60 días	30 días
Lote 5: CAMAS Y CAMILLAS	ALTHEA SPA	596.615,72	120 días	30 días
Lote 6: EQUIPOS PORTATILES PARA LA ATENCION	DECLARADO DESIERTO			
Lote 7: EQUIPOS PARA CONSULTA	DECLARADO DESIERTO			
Lote 8: ELECTROMEDICINA	ALTHEA SPA	318.467,84	120 días	30 días
Lote 10: LABORATORIO CLINICO	EDUCTRADE	678.522,74	90 días	30 días

**Date Posted**  
18 Nov 2022

**DB Reference No**  
IDB-C1103848-11/22

**Loan No/Financing**  
4612/BL-BO

**Project Id**  
Programa de Mejora en la  
Accesibilidad a los  
Servicios de Salud Materna  
y Neonatal en Bolivia

**Attachments**

NOTA DE adjudicacion CONE-133-LPI-B (2da. conv.) 15.08.22.docx

([https://devbusiness.un.org/system/files/NOTA%20DE%20adjudicacion%20%20CONE-133-LPI-B%20%282da.%20conv.%29%2015.08.22\\_0.docx](https://devbusiness.un.org/system/files/NOTA%20DE%20adjudicacion%20%20CONE-133-LPI-B%20%282da.%20conv.%29%2015.08.22_0.docx))

**Related Notices and Contract Awards**

IDB-C1103833-11/22 (<https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-mobiliario-de-oficina-y-otros-para-el-hospital-de-tercer-nivel-de-potosi%E2%80%9D0>)

IDB-P1097631-11/22 (<https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-equipos-de-computaci%C3%B3n-comunicaci%C3%B3n-y-videovigilancia-para-los-hospitales-de>)

IDB-C1088103-10/22 (<https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-equipamiento-de-laboratorio-de-alta-complejidad-para-el-hospital-de-tercer-1>)

IDB-P1038891-08/22 (<https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-equipos-de-ofimatica-para-el-hospital-de-tercer-nivel-de-potosi-del>)

IDB-P1031886-08/22 (<https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-roperia-y-lenceria-para-el-hospital-de-tercer-nivel-de-potosi>)

IDB-P965584-04/22 (<https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-mobiliario-de-oficina-y-otros-para-el-hospital-de-tercer-nivel-de-potosi%E2%80%9D0>)


IDB-P981647-05/22 (<https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-equipamiento-de-laboratorio-de-alta-complejidad-para-el-hospital-de-tercer-0>)

IDB-P965689-04/22 (<https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-equipamiento-medico-e-industrial-para-los-hospitales-de-segundo-nivel-%E2%80%9Csan>)

IDB-P965683-04/22 (<https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-equipamiento-medico-regular-para-el-hospital-de-tercer-nivel-de-potosi-5>)

(<https://www.un.org/en/>)

**Development Business: Connecting you to a world of opportunities (/)**  (<https://twitter.com/devbusiness>)

 (<https://www.linkedin.com/company/united-nations-development-business>)

---

[ABOUT US \(/CONTENT/OUR-MISSION\)](#) | [CONTACT US \(/CONTACT\)](#) | [USER GUIDES \(/CONTENT/WEBSITE-USER-GUIDES\)](#) |  
[MEMBERSHIPS \(/CONTENT/JOIN-US\)](#) | [COPYRIGHT \(HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/COPYRIGHT/\)](https://www.un.org/en/sections/about-website/copyright/) |  
[FRAUD ALERT \(HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/FRAUD-ALERT/\)](https://www.un.org/en/sections/about-website/fraud-alert/) |  
[PRIVACY NOTICE \(HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/PRIVACY-NOTICE/\)](https://www.un.org/en/sections/about-website/privacy-notice/) |  
[TERMS OF USE \(HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/TERMS-USE/\)](https://www.un.org/en/sections/about-website/terms-use/)