Posted on: 2023-01-09T00:00:00.00-04:00

DB Reference N°: IDB-C1123963-01/23

Project Country: Bolivia

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Medical, Health and Nutrition, Medical Equipment and Supplies, Medical Facilities, Medical Services, Nutrition, General - Medical, Health and Nutrition

Project: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO REGULAR PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSI

Loan N°./Financing: 4612/BL-BO

Contractor :
Name of Company:
QIM INTERNACIONAL SRL
Country:
Bolivia
Contact details:
LOTE 2: ELECTROMEDICINA
,
Name of Company:
BIOETHIC SHELTER AND EMERGENCY S.R.L.
Country:
Italy
Contact details:
LOTE 3 COCINA
,
Name of Company:
ALTHEA SPA
Country:
Italy
Contact details:
LOTE 4 MONITORIZACIÓN, QUIRÓFANO Y CRÍTICOS
,
Name of Company:
COSIN LTDA.
Country:
Bolivia
Contact details:
LOTE 5 ESTERILIZACIÓN
,
Name of Company:
FSE INTERNATIONAL
Country:
Belgium
Contact details:
LOTE 6 IMAGENOLOGIA, ULTRASONIDO Y AFINES

,
Name of Company:
EDUCTRADE SA SUCURSAL BOLIVIA
Country:
Bolivia
Contact details:
LOTE 7 LABORATORIO, ANATOMIA PATOLOGIA Y REFRIGERACION
,
Name of Company:
ALTHEA SPA
Country:
Italy
Contact details:
LOTE 8 MOBILIARIO CLÍNICO
,
Name of Company:
BIOMEDICAL INTERNACIONAL
Country:
Bolivia
Contact details:
LOTE 12 REHABILITACIÓN
,
Name of Company:
VIBA-MULTIMED
Country:
Bolivia
Contact details:
LOTE 13 TALLER DE MANTENIMIENTO

Contract Amount:
Project ID: IDB-P931574-02/22
Borrower/Bid No: Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Medico

---

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

Institución financiera: **Banco Interamericano de Desarrollo**

Tipo de adquisiciones: **BIENES**

Sector: **SALUD**

País del proyecto: **Bolivia**

Nombre del Proyecto: **Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia**

Préstamo nº/ Donación nº: **4612/BL-BO**

Contrato nº/ Licitación nº: **CONE-154-LPI-B**

Descripción de la licitación/contrato: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO REGULAR PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSI.

Durante el proceso de licitación para los bienes indicadas en la parte superior, bajo el método de licitación ***LPI,*** las empresas citadas a continuación presentaron ofertas. Los precios de la oferta a la apertura y los precios de oferta evaluados de cada uno de los oferentes, así como la posición final se presentan a continuación:

Oferentes Evaluados:

LOTES N°	DESCRIPCIÓN DEL LOTES	MONTO OFERTADO CON IMPUESTOS EN DDP POR LOS OFERENTES				
		BIOETHIC S&E SRL	MEDI-MARK	VG-EQUIPMED	EASY MEDICAL	EDUCATRADE
1	AUDIOMETRIA					
2	ELECTROMEDICINA					**2.138.696,78(USD)**
3	COCINA	**199.206,07 (euros)**				**190.561,83(USD)**
4	MONITORIZACION, QUIROFANO Y CRITICOS					**4.630.586.65 (USD)**
5	ESTERILIZACION		**279.000,00(USD)**			
6	IMAGENOLOGIA, ULTRASONIDO Y AFINES	**999.076,05 (euros)**				**1.177.480,49(USD)**
7	LABORATORIO, ANATOMIA PATOLOGICA Y REFRIGERACION					**1.046.943,94(USD)**
8	MOBILIARIO CLINICO		**3.693.000,00(USD)**	**3.384.367,00(USD)**		**2.684.235,81(USD)**
9	ODONTOLOGIA					
10	OFICINA Y OTROS					
11	OFTALMOLOGIA					
12	REHABILITACION				**184.100,00(USD)**	
13	TALLER MANTENIMIENTO					
	DESCUENTOS	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Los descuentos ofrecidos son en el caso adjudicacion de varios lotes cuyo monto sumado total o superior sea igual o superior 7.300.000,00(USD) se aplicar 1% descuento de precios DDP de cada uno de los lotes adjudicados**
	OFERTA ALTERNATIVA					

LOTES N°	DESCRIPCIÓN DEL LOTES	MONTO OFERTADO CON IMPUESTOS EN DDP POR LOS OFERENTES				
		COSIN LTDA.	QUIM	FSE GROUP	VIBA-MULTIMED	ALTHEA S.p.A
1	AUDIOMETRIA					
2	ELECTROMEDICINA		12.434.303,00 (Bs)	1.481.885,82 (USD)	1.913.933,00(USD)	
3	COCINA					
4	MONITORIZACION, QUIROFANO Y CRITICOS					5.305.07 (USD)
5	ESTERILIZACION	310.218,00(USD)				
6	IMAGENOLOGIA, ULTRASONIDO Y AFINES	1.413.729,00(USD)		870.055,59(USD)		
7	LABORATORIO, ANATOMIA PATOLOGICA Y REFRIGERACION					
8	MOBILIARIO CLINICO					2.027.316,00(U
9	ODONTOLOGIA					
10	OFICINA Y OTROS				45.329,00(USD)	
11	OFTALMOLOGIA					
12	REHABILITACION					
13	TALLER MANTENIMIENTO				176.203,00(USD)	
	DESCUENTOS	N/A	N/A	N/A	N/A	Lote 4: en caso adjudicación 4 y 8 se aplica un descuento % del precio to DDP de los bienes del lot °4. Lote 8: En caso adjudicació simultanea d lote 4 y 8 se aplicara un descuento 0. sobre el prec total DDP de l bienes de lote
	OFERTA ALTERNATIVA					

LOTES N°	DESCRIPCIÓN DEL LOTES	MONTO OFERTADO CON IMPUESTOS EN DDP POR LOS OFERENTES				
		HANSA LTDA.	ASOCIACION ACCIDENTAL SAN LUCAS	MAVEK SRL	BIOMEDICAL	AGT

1	AUDIOMETRIA					
2	ELECTROMEDICINA					
3	COCINA		**226.521,00(USD)**		**210.165,00(USD)**	
4	MONITORIZACION, QUIROFANO Y CRITICOS					
5	ESTERILIZACION					
6	IMAGENOLOGIA, ULTRASONIDO Y AFINES	**1.142.413,26 (USD)**				
7	LABORATORIO, ANATOMIA PATOLOGICA Y REFRIGERACION					**1.475.627,00(USD)**
8	MOBILIARIO CLINICO			**3.280.859,40(USD)**	**2.610.517,00(USD)**	
9	ODONTOLOGIA					
10	OFICINA Y OTROS		**44.535,00(USD)**			
11	OFTALMOLOGIA					
12	REHABILITACION				**182.259,00(USD)**	
13	TALLER MANTENIMIENTO		**176.802,00(USD)**			
	DESCUENTOS	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
	OFERTA ALTERNATIVA					

LOTES N°	**DESCRIPCIÓN DEL LOTES**	**MONTO OFERTADO CON IMPUESTOS EN DDP POR LOS OFERENTES**		
		DELFOS	**FINSO SPA**	**GEDESA LTDA.**
1	AUDIOMETRIA			
2	ELECTROMEDICINA		**2.605.061,04(USD)**	
3	COCINA			
4	MONITORIZACION, QUIROFANO Y CRITICOS		**6.483.197,23(USD)**	
5	ESTERILIZACION			
6	IMAGENOLOGIA, ULTRASONIDO Y AFINES		**1.503.154,94(USD)**	**1.270.266,00(USD)**
7	LABORATORIO, ANATOMIA PATOLOGICA Y REFRIGERACION	**1.097.290,00(USD)**	**1.738.204,53(USD)**	
8	MOBILIARIO CLINICO		**3.823.592,43(USD)**	
9	ODONTOLOGIA			
10	OFICINA Y OTROS			

11	OFTALMOLOGIA			
12	REHABILITACION			
13	TALLER MANTENIMIENTO			
	DESCUENTOS	**N/A**	**Los descuentos son ofertados a los precios indicados en el punto (e) solo si todos los lotes se adjudican como un paquete llave en mano.** **Lote 2: 10,27%** **Lote 4: 1,28%** **Lote 6: 25,96%** **Lote 7: 22,05%** **Lote 8: 21,10%**	**N/A**
	OFERTA ALTERNATIVA			

Oferentes Rechazados:

LOTE 2: ELECTROMEDICINA

Nº	OFERENTE	FECHA DE ENTREGA CUMPLE / NO CUMPLE	LUGAR DE DESTINO FINAL CONVENIDO CUMPLE / NO CUMPLE	PERIODO DE GARANTIA CUMPLE / NO CUMPLE	SERVICIOS CONEXOS CUMPLE / NO CUMPLE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLE / NO CUMPLE	
						EETT REQUERIDAS	**EETT OFERTADAS**
1	FSE INTERNATIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**ITEM 15. TENSIOMETRO MANUAL PEDIATRICO**	**ITEM 15. TENSIOMETRO MANUAL PEDIATRICO** La empresa no presenta especificaciones técnicas de este equipo, por lo que no se puede realizar la evaluación no solo a las características técnicas sino a las Prestaciones técnicas y funcionales complementarias. Se aclara que se realizó una revisión en toda la documentación presentada evidenciando la falta de dicha planilla, **por lo que NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 44. NEBULIZADOR ULTRASONICO	**ITEM 44. NEBULIZADOR ULTRASONICO**

						Capacidad de medicación de 5ml a 150 ml aproximadamente.	La empresa oferta una capacidad de medicación de hasta 15 ml, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 47. SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LÍQUIDOS Y SANGRE Control del flujo de infusión de los fluidos y de la sangre: desde 10 ml/h hasta 75 0ml/h aproximadamente	**ITEM 47. SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LÍQUIDOS Y SANGRE** Velocidad de flujo: 300ml/min – 18L/h. **NO CUMPLE con el requerimiento de manera sustancial**
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de **la empresa FSE INTERNATIONAL, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.**	
2	VIBA MULTIMED	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**EETT** **REQUERIDAS**	**EETT** **OFERTADAS**
						ITEM 2. BALANZA DIGITAL ADULTO-PEDIATRICA Capacidad: 300 kg aproximado Tallimetro integrado que permita medición de un rango no menor de 30 a 200 cm, con una división de 1 mm	**ITEM 2. BALANZA DIGITAL ADULTO-PEDIATRICA** La empresa oferta una capacidad de 200 kg. **NO CUMPLE con el requerimiento mínimo solicitado** La empresa oferta una capacidad 135 cm a 210 cm. Un paciente pediátrico tiene tallas desde 90 cm a 130 cm, entonces, con este equipo no se podría cubrir cierto rango de pacientes pediátricos. **NO CUMPLE con el requerimiento mínimo solicitado**
						ITEM 4. BALANZA DIGITAL PEDIÁTRICA Rango de medición de altura no menor a 60-200 cm	**ITEM 4. BALANZA DIGITAL PEDIÁTRICA** La empresa oferta una capacidad 135 cm a 210 cm. Un paciente pediátrico tiene tallas desde 90 cm a 130 cm, entonces, con este equipo no se podría cubrir cierto rango de pacientes pediátrico. **NO CUMPLE con el requerimiento mínimo solicitado**
						ITEM 6. CINTA METRICA 6 unidades para medición de circunferencia y la relación del cociente cintura-cadera (WHR por siglas en inglés) uso en medicina interna, alcance de medición no menor a 200 cm, con división de 1 mm	**ITEM 6. CINTA METRICA** No hace la medición del coeficiente WHR al ser una cinta de uso NO médico. **NO CUMPLE con el requerimiento mínimo solicitado**
						ITEM 28. ASPIRADOR QUIRUGICO Capacidad de recolección de 10 litros en total. Puede ser en un contenedor de 10 l, esterilizable, con válvula anti-reflujo y con sistema	**ITEM 28. ASPIRADOR QUIRUGICO** La empresa oferta 2 recipientes de 2.5 litros haciendo un total de 5 litros,

	de seguridad para no exceder la capacidad del recipiente O con 2 colectores de 5 l, con desviador rápido para pasar de un recipiente al otro	por lo que **NO CUMPLE con el requerimiento mínimo solicitado**
	ITEM 37. BOMBA DOSIFICADORA DE DROGAS (LÍQUIDAS) Caudal aproximado: 6 l/min con precisión +-0,5%	**ITEM 37. BOMBA DOSIFICADORA DE DROGAS (LÍQUIDAS)** La empresa oferta un caudal de 2.8 l/min, por lo que **NO CUMPLE con el requerimiento mínimo solicitado**
	ITEM 43. LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE PARED Intensidad luminosa de aproximadamente 25000 lux o mejor	**ITEM 43. LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE PARED** De la revisión del catálogo se determina que cuenta con 20000 lux, por lo que **NO CUMPLE con el requerimiento mínimo solicitado**
	ITEM 47. SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LÍQUIDOS Y SANGRE Control del flujo de infusión de los fluidos y de la sangre: desde 10 ml/h hasta 75 0ml/h aproximadamente	**ITEM 47. SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LÍQUIDOS Y SANGRE** La empresa oferta 300 gotas/min, por lo que **NO CUMPLE con el requerimiento mínimo solicitado**
	ITEM 48. CALENTADOR DE SANGRE Y FLUIDOS Control del flujo de infusión de los fluidos y de la sangre: desde 10 ml/h hasta 75 0ml/h aproximadamente	**ITEM 48. CALENTADOR DE SANGRE Y FLUIDOS** La empresa oferta 300 gotas/min, por lo que **NO CUMPLE con el requerimiento mínimo solicitado**
	CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de **la empresa VIBA MULTIMED, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.**	

REQUISITO	Monto ref.: Lote 2: USD 2.343.440,85 **VIBA-MULTIMED**
a) El Oferente deberá demostrar una facturación promedio de los últimos cinco (5) años, la cual deberá ser igual o superior al 50% del precio referencial del lote o lotes para los cuales presenta su oferta.	NO CUMPLE

b) El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada, tales como activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros (libres de otros compromisos contractuales); que demuestre que tiene acceso a recursos financieros para cubrir un flujo de efectivo equivalente al menos al 30% del monto referencial del lote para el cual presenta su oferta.	CUMPLE
En el caso de la Empresa **VIBA- MULTIMED.**, no cumple con el requisito de facturación, no obstante, cumple con el requisito de evidencia sobre activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros. Por tanto, la empresa **VIBA- MULTIMED** no cumple con los requisitos mínimos sobre capacidad financiera solicitados exigidos en el DDL.	

Nº	OFERENTE	EXPERIENCIA CUMPLE / NO CUMPLE	COMENTARIO
1	VIBA MULTIMED	NO CUMPLE	La empresa ViBa Multimed presenta 10 Documentos entre ellos: contratos, facturas y órdenes de compra que demuestran que se ha culminado exitosamente con la entrega de equipamiento médico similar al Lote de su interés NO superando 60% del precio referencial relacionado al LOTE 2 ELECTROMEDICINA, por lo que **NO CUMPLE** sustancialmente con la experiencia solicitada de acuerdo al DDL publicado

LOTE 3: COCINA

Nº	OFERENTE	FECHA DE ENTREGA CUMPLE / NO CUMPLE	LUGAR DE DESTINO FINAL CONVENIDO CUMPLE / NO CUMPLE	PERIODO DE GARANTIA CUMPLE / NO CUMPLE	SERVICIOS CONEXOS CUMPLE / NO CUMPLE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLE / NO CUMPLE	
						EETT REQUERIDAS	EETT OFERTADAS
						ITEM 6. CARRO BAÑO MARÍA HÚMEDO Marca:	ITEM 6. CARRO BAÑO MARÍA HÚMEDO Marca: EDENOX De acuerdo con la solicitud de aclaraciones a la empresa Eductrade, la misma, indica que por un

1	EDUCTRADE SA - SUCURSAL BOLIVIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Modelo:	error se oferto una marca distinta a la ficha técnica adjunta en su propuesta. ***Aclarando que la marca correcta*** es: DISTFORM. En base a la Sección I "Instrucciones a los Oferentes"., punto 27, inciso 27.1 se indica que no se permitirá ninguna modificación a la propuesta, por lo cual, al momento de ofertar una nueva marca de equipo la empresa estaría cambiando la propuesta inicial, lo que **no está permitido según lo establecido en el DDL.** Modelo: CBM-211 De acuerdo con la solicitud de aclaraciones a la empresa Eductrade, la misma, indica que por un error se oferto un Modelo distinto a la ficha técnica adjunta en su propuesta. ***Aclarando que el Modelo correcto*** es: F0420201. En base a la Sección I "Instrucciones a los Oferentes"., punto 27, inciso 27.1 se indica que no se permitirá ninguna modificación a la propuesta, por lo cual, al momento de ofertar un nuevo modelo de equipo la empresa estaría cambiando la propuesta inicial, lo que **no está permitido según lo establecido en el DDL.** La empresa adjunta nueva ficha técnica indicando el cumplimiento de la especificación, pero con un distinto modelo y marca de la propuesta inicial, **por lo que NO CUMPLE la especificación técnica.**

						Cuadro de control móvil con termómetro digital e interruptor luminoso.	
2	BIOMEDICAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**EETT REQUERIDAS**	**EETT OFERTADAS**
						ITEM 7. CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS ISORTERMICAS Capacidad aproximada 20 bandejas.	**ITEM 7. CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS ISORTERMICAS** La empresa oferta una capacidad de 14 bandejas. **NO CUMPLE con el requerimiento mínimo solicitado**
						ITEM 8. CARRO PARA PLATOS Capacidad aproximada: 300 platos.	**ITEM 8. CARRO PARA PLATOS** La empresa oferta una capacidad de 160 platos. **NO CUMPLE con el requerimiento mínimo solicitado**
						ITEM 9. CARRO TERMICO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS Debe poseer lugar para al menos 30 bandejas	**ITEM 9. CARRO TERMICO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS** La empresa oferta una capacidad de 16 bandejas. **NO CUMPLE con el requerimiento mínimo solicitado**
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de **la empresa BIOMEDICAL, NO CUMPLE lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.**	

Nº	OFERENTE	EXPERIENCIA CUMPLE / NO CUMPLE	COMENTARIO
1	BIOMEDICAL	NO CUMPLE	La empresa BIOMEDICAL, NO presenta Documentos relacionados entre contratos, facturas y/o órdenes de compra en los últimos 5 años que demuestren que se ha culminado exitosamente con la entrega de equipamiento médico similar al Lote de su interés NO superando el 60% del precio referencial relacionado al LOTE 3 COCINA, por lo que NO CUMPLE con la experiencia solicitada

LOTE 4: MONITORIZACION, QUIROFANO Y CRITICOS

Nº	OFERENTE	FECHA DE ENTREGA CUMPLE / NO CUMPLE	LUGAR DE DESTINO FINAL CONVENIDO CUMPLE / NO CUMPLE	PERIODO DE GARANTIA CUMPLE / NO CUMPLE	SERVICIOS CONEXOS CUMPLE / NO CUMPLE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLE / NO CUMPLE	
						EETT REQUERIDAS	**EETT OFERTADAS**
						ITEM 13. TORRE VIDEOENDOSCOPIA ALTA	**ITEM 13. TORRE VIDEOENDOSCOPIA ALTA** La empresa no presenta especificaciones técnicas de este equipo, por lo que no se puede realizar la evaluación no solo a las características técnicas sino a las Prestaciones técnicas y funcionales complementarias. Se aclara que se realizó una revisión en toda la documentación presentada evidenciando la falta de dicha planilla, **por lo que NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 14. TORRE VIDEOENDOSCOPIA BAJA Duración 30.000 horas como mínimo	**ITEM 14. TORRE VIDEOENDOSCOPIA BAJA** La empresa oferta una capacidad de duración de 10.000 horas, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 22. LÁMPARA DE FOTOTERAPIA NEONATAL	**ITEM 22. LÁMPARA DE FOTOTERAPIA NEONATAL** La empresa no presenta especificaciones técnicas de este equipo, por lo que no se puede realizar la evaluación no solo a las características técnicas sino a las Prestaciones técnicas y funcionales complementarias. Se aclara que se realizó una revisión en toda la documentación presentada evidenciando la falta de dicha planilla, **por lo que NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
1	EDUCTRADE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**ITEM 31. MONITOR PARA GASTO CARDÍACO** Impresora térmica: Con capacidad de impresión de tendencias gráficas y tabulares, al menos dos curvas (o más) diferentes de manera simultánea.	**ITEM 31. MONITOR PARA GASTO CARDÍACO** La empresa no oferta impresora térmica, por lo que **NO CUMPLE con el requerimiento mínimo solicitado.**
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de **la empresa EDUCTRADE, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.**	
						EETT REQUERIDAS	**EETT OFERTADAS**

3	FINSO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**ITEM 10. MONITOR PRESIÓN ARTERIAL CON OXIMETRÍA, CON CARRO** Presión arterial: Método oscilante automático, proponente especificar rangos de presión para los diferentes tipos de uso, debiendo incluir el mango o mangos de presión ***reusable para los usos señalados*** y la manguera de conexión respectiva	**ITEM 10. MONITOR PRESIÓN ARTERIAL CON OXIMETRÍA, CON CARRO** La empresa oferta solamente kit de medidas para pacientes adultos y no así para pacientes pediátrico ni neonatal, tal cual fue el requerimiento: ***reusable para los usos señalados***, por lo que **NO CUMPLE con el requerimiento mínimo solicitado**
						ITEM 13. TORRE VIDEOENDOSCOPIA ALTA Duración 30.000 horas como mínimo	**ITEM 13. TORRE VIDEOENDOSCOPIA ALTA** La empresa oferta una capacidad de duración de 10.000 horas, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 14. TORRE VIDEOENDOSCOPIA BAJA Duración 30.000 horas como mínimo	**ITEM 14. TORRE VIDEOENDOSCOPIA BAJA** La empresa oferta una capacidad de duración de 10.000 horas, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 43. MESA QUIRÚRGICA OBSTETRICA País de origen: País miembro del BID	**ITEM 43. MESA QUIRÚRGICA OBSTETRICA** País No miembro del BID, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 44. MESA QUIRÚRGICA TRAUMATOLOGÍCA País de origen: País miembro del BID	**ITEM 44. MESA QUIRÚRGICA TRAUMATOLOGÍCA** País No miembro del BID, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 45. MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL País de origen: País miembro del BID	**ITEM 45. MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL** País No miembro del BID, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de **la empresa FINSO, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.**	

LOTE 5: ESTERILIZACIÓN

		FECHA DE	LUGAR DE DESTINO FINAL	PERIODO DE	SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº	OFERENTE	ENTREGA CUMPLE / NO CUMPLE	CONVENIDO CUMPLE / NO CUMPLE	GARANTIA CUMPLE / NO CUMPLE	CONEXOS CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	
						EETT REQUERIDAS	**EETT OFERTADAS**
						ITEM 3. CARRO PARA TRANSPORTE DE ENDOSCOPIOS FLEXIBLES	**ITEM 3. CARRO PARA TRANSPORTE DE ENDOSCOPIOS FLEXIBLES**
1	MEDIMARK	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Casete con tapa para el transporte cerrado de endoscopios flexibles, adecuado para su uso en lavadoras termodesinfectadoras y resistente a los productos químicos, de dimensiones adecuadas y compatible con el carro de transporte propuesto	Se solicita un casete con tapa para el transporte **CERRADO** de endoscopios flexibles, esto debido a que se requiere que los endoscopios flexibles sean transportados después de todo el proceso de desinfección y esterilización en cajas que cierren perfectamente de modo que no dejen pasar el aire ni el líquido para evitar cualquier tipo de contaminación en el equipo. De este análisis la empresa oferta canastillas tipo enmallados que no son herméticas para el transporte de endoscopios, **por lo que NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de **la empresa MEDIMARK, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.**	

LOTE 6: IMAGENOLOGIA, ULTRASONIDO Y AFINES

Nº	OFERENTE	FECHA DE ENTREGA CUMPLE / NO CUMPLE	LUGAR DE DESTINO FINAL CONVENIDO CUMPLE / NO CUMPLE	PERIODO DE GARANTIA CUMPLE / NO CUMPLE	SERVICIOS CONEXOS CUMPLE / NO CUMPLE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLE / NO CUMPLE	
						EETT REQUERIDAS	**EETT OFERTADAS**
						ITEM 2. ECÓGRAFO MULTIPRÓSITO	**ITEM 2. ECÓGRAFO MULTIPRÓSITO**
						En caso de adjudicación deberá presentarse en redacción propia certificado del proponente adjudicado que garantice su	La empresa oferta Dos (2) años y se solicita un periodo no menor a 5 años, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**

						disponibilidad de brindar lo indicado por un periodo no menor a 5 años pasado la garantía comercial	
1	BIOETHIC S&E SRL	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	**ITEM 7. IMPRESORA DE IMÁGENES DIGITALES MEDIANA** En caso de adjudicación el ítem debe contar con garantía comercial mínimo de 2 años con cobertura de cambio por fallas de fabrica	**ITEM 7. IMPRESORA DE IMÁGENES DIGITALES MEDIANA** La empresa oferta una garantía comercial de la Marca Colenta por un plazo de 1 año en piezas sobre bases EW, y se solicita una garantía mínima de 2 años, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 8. INYECTOR DE CONTRASTE	**ITEM 8. INYECTOR DE CONTRASTE** La empresa no presenta propuesta técnica de especificaciones técnicas de este equipo, por lo que no se puede realizar la evaluación no solo a las características técnicas sino a las Prestaciones técnicas y funcionales complementarias. Se aclara que se realizó una revisión en toda la documentación presentada evidenciando la falta de dicha planilla, **por lo que NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 9. INYECTOR DE CONTRASTE	**ITEM 9. INYECTOR DE CONTRASTE** La empresa no presenta propuesta técnica de especificaciones técnicas de este equipo, por lo que no se puede realizar la evaluación no solo a las características técnicas sino a las Prestaciones técnicas y funcionales complementarias. Se aclara que se realizó una revisión en toda la documentación presentada evidenciando la falta de dicha planilla, **por lo que NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de **la empresa BIOETHIC S&E SRL, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.**	
						EETT **REQUERIDAS**	**EETT** **OFERTADAS**
						ITEM 6. ARCO EN C	**ITEM 6. ARCO EN C**
2	EDUCTRADE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Fluoroscopia Pulsada: Rango aprox de mA: 0.2 – 4mA	De acuerdo a respuesta de solicitud de aclaración, la empresa oferta un rango de 0.4 a 10 mA en la fluoroscopia pulsada, incumpliendo con el requerimiento mínimo en el rango inferior. **Por lo que NO CUMPLE las especificaciones técnicas.**
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de **la empresa EDUCTRADE, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.**	
						EETT **REQUERIDAS**	**EETT** **OFERTADAS**
						ITEM 9. INYECTOR DE CONTRASTE PARA RM	**ITEM 9. INYECTOR DE CONTRASTE PARA RM**

3	HANSA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Capacidad hasta 190 ml, valor mínimo	La empresa oferta una capacidad de 65 ml para material de contraste y 115 ml para solución salina, debido a la importancia de la utilización de más de 65 ml en el material de contraste no se acepta dicho equipo, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 10. RAYOS X PORTÁTIL DIGITAL	**ITEM 10. RAYOS X PORTÁTIL DIGITAL**
						Foco pequeño de 0.6 mm	La empresa oferta un foco pequeño de 0.8 mm, debido a que la calidad de imagen va reflejada en el tamaño del foco al obtener una mejor resolución cuando el tamaño del foco es más pequeño es que no se acepta dicho equipo, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de la empresa **HANSA LTDA**, **NO CUMPLE** sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.	
4	FINSO SPA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**EETT REQUERIDAS**	**EETT OFERTADAS**
						ITEM 4. SET DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA	**ITEM 4. SET DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA**
						Garantía comercial por un periodo no menor a 2 año vigente a partir de la emisión del acta de puesta de funcionamiento y conformidad con cobertura de cambio por fallas de fábrica.	La empresa oferta una garantía comercial de por un plazo de 1 año, y se solicita una garantía mínima de 2 años, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 5. SOPORTE DE PARED PARA DELANTALES PLOMADOS	**ITEM 5. SOPORTE DE PARED PARA DELANTALES PLOMADOS**
						Garantía comercial por un periodo no menor a 2 año vigente a partir de la emisión del acta de puesta de funcionamiento y conformidad con cobertura de cambio por fallas de fábrica.	La empresa oferta una garantía comercial de por un plazo de 1 año, y se solicita una garantía mínima de 2 años, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de **la empresa FINSO SPA, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.**	
						EETT REQUERIDAS	**EETT OFERTADAS**
						ITEM 6. ARCO EN C	**ITEM 6. ARCO EN C**
						Rango aprox de mA: 0.2 – 4mA	La empresa oferta un rango de 1 a 10 mA, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**

5	GEDESA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Tubo de rayos-x con ánodo rotatorio, punto focal fino de 0.6mm o menor y punto focal grueso de 1.4mm o menor	De la revisión del catálogo del equipo ofertado se evidencia que se oferta 1.6 mm para el foco grueso, **por lo que NO CUMPLE las especificaciones técnicas.**
						ITEM 10. RAYOS X PORTÁTIL DIGITAL	**ITEM 10. RAYOS X PORTÁTIL DIGITAL**
						Foco pequeño de 0.6 mm	La empresa oferta un foco pequeño de 0.7 mm, debido a que la calidad de imagen va reflejada en el tamaño del foco al obtener una mejor resolución cuando el tamaño del foco es más pequeño es que no se acepta dicho equipo, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de **la empresa GEDESA LTDA, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.**	

REQUISITO	Monto ref.: Lote 6: USD 1.348.110,02 **50% del precio referencial:** USD 674.055,01	
	BIOETHIC S SHELTER AND EMERGENCY S.R.L	**GEDESA**
a) El Oferente deberá demostrar una facturación promedio de los últimos cinco (5) años, la cual deberá ser igual o superior al 50% del precio referencial del lote o lotes para los cuales presenta su oferta.	CUMPLE	CUMPLE
b) El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada, tales como activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros (libres de otros compromisos contractuales); que demuestre que tiene acceso a recursos financieros para cubrir un flujo de efectivo equivalente al menos al 30% del monto referencial del lote para el cual presenta su oferta.	NO CUMPLE	NO CUMPLE
En el caso de la Empresa **BIOETHIC S SHELTER AND EMERGENCY S.R.L**, cumple con el requisito de facturación, no obstante, no cumple con el requisito de evidencia sobre activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros. Por tanto, la empresa **BIOETHIC S SHELTER AND EMERGENCY S.R.L** no cumple con los requisitos de sobre capacidad financiera solicitados. En el caso de la Empresa**, GEDESA**, cumple con el requisito de facturación, no obstante, no cumple con el requisito de evidencia sobre activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros. Por tanto, la empresa **GEDESA** no cumple con los requisitos de sobre capacidad financiera solicitados.		

LOTE 7: LABORATORIO, ANATOMIA PATOLOGICA Y REFRIGERACION

Nº	**OFERENTE**	**FECHA DE ENTREGA** **CUMPLE / NO CUMPLE**	**LUGAR DE DESTINO FINAL CONVENIDO** **CUMPLE / NO CUMPLE**	**PERIODO DE GARANTIA** **CUMPLE / NO CUMPLE**	**SERVICIOS CONEXOS** **CUMPLE / NO CUMPLE**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** **CUMPLE / NO CUMPLE**	
						EETT	**EETT**

						REQUERIDAS	**OFERTADAS**
						ITEM 1. EQUIPO AUTOMATIZADOS PARA HEMATOLOGÍA País de origen: País miembro del BID	**ITEM 1. EQUIPO AUTOMATIZADOS PARA HEMATOLOGÍA** Oferta un equipo con procedencia de Republica Checa el cual es un País No miembro del BID, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas.**
						ITEM 2. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA País de origen: País miembro del BID	**ITEM 2. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA** Oferta un equipo con procedencia de Republica Checa el cual es un País No miembro del BID, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas.**
2	AGT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**ITEM 7. COAGULOMETRO AUTOMATICO** País de origen: País miembro del BID	**ITEM 7. COAGULOMETRO AUTOMATICO** Oferta un equipo con procedencia de Republica Checa el cual es un País No miembro del BID, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas.**
						ITEM 42. REFRIGERADOR PARA LABORATORIO 1400 LT 2 PUERTAS DE CRISTAL CON LLAVE Y 6 ESTANTES	**ITEM 42. REFRIGERADOR PARA LABORATORIO 1400 LT 2 PUERTAS DE CRISTAL CON LLAVE Y 6 ESTANTES** La empresa no presenta propuesta técnica de especificaciones técnicas de este equipo, por lo que no se puede realizar la evaluación no solo a las características técnicas sino a las Prestaciones técnicas y funcionales complementarias. Se aclara que se realizó una revisión en toda la documentación presentada evidenciando la falta de dicha planilla, **por lo que NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de **la empresa AGT, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.**	
						EETT **REQUERIDAS**	**EETT** **OFERTADAS**
						ITEM 6. ANALIZADOR VHS **DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:** ANALIZADOR VHS	**ITEM 6. ANALIZADOR VHS** La empresa oferta un Analizador de Elisa, el cual es un equipo diferente al solicitado, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 24. INCUBADORA DE BACTERIOLOGIA	**ITEM 24. INCUBADORA DE BACTERIOLOGIA** La empresa no presenta propuesta técnica de especificaciones

							técnicas de este equipo, por lo que no se puede realizar la evaluación no solo a las características técnicas sino a las Prestaciones técnicas y funcionales complementarias. Se aclara que se realizó una revisión en toda la documentación presentada evidenciando la falta de dicha planilla, **por lo que NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 45. CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO	**ITEM 45. CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO**
3	DELFOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Módulo extensor/teñidor. Con conexión a LIS y posibilidad de realizar Wright simple, Wright simple con prefijación con Metanol, May Grünw ald - Giemsa, May Grünw ald –Giemsa con prefijación con Metanol, Wright Giemsa y Wright Giemsa con prefijación con Metanol	La empresa NO oferta este módulo, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas.**
						sistema de análisis de imagen morfológica digital. Dispositivo que recoge imágenes de células digitalizadas y almacenadas en una base de datos especializada. Análisis de imágenes automatizado o transmisión de estas imágenes. Consta de un microscopio, cámara digital de alta resolución y ordenador con softw are que registra y preclasifica células de un frotis de sangre teñido. Se valorará la aplicación del aceite de inmersión de manera automática	La empresa NO oferta este módulo, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas.**
						ITEM 49. MICROSCOPIO ÓPTICO FLUORESCENCIA	**ITEM 49. MICROSCOPIO ÓPTICO FLUORESCENCIA**
						Ordenador para procesamiento, archivo y reproducción de imágenes digitales con softw are de imagen (captación, procesamiento y archivo, imagen a color de 12 a 24 bit o superior, importación/exportación de imagen; adquisición de imagen optimizada para luz transmitida o reflejada)	La empresa no oferta el ordenador para procesamiento, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de la empresa DELFOS, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.	
						EETT REQUERIDAS	**EETT OFERTADAS**
						ITEM 4. ANALIZADOR INMUNOQUÍMICO	**ITEM 4. ANALIZADOR INMUNOQUÍMICO**
						Velocidad de análisis de hasta 300 muestras por hora	La empresa oferta un equipo con una velocidad de 100 pruebas por hora, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas.**
						ITEM 19. SET DE CRISTALERIA LABORATORIO	**ITEM 19. SET DE CRISTALERIA LABORATORIO**

4	FINSO SPA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	País de origen: País miembro del BID	La empresa oferta un equipo con procedencia de Republica Checa el cual es un País No miembro del BID, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas.**
						ITEM 21. SET DE PROBETAS VOLUMETRICAS País de origen: País miembro del BID	**ITEM 21. SET DE PROBETAS VOLUMETRICAS** La empresa oferta un equipo con procedencia de Republica Checa el cual es un País No miembro del BID, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas.**
						ITEM 36. CONGELADOR PARA LABORATORIO 500 L - 25º PUERTA DE CRISTAL CON LLAVE Iluminación interior	**ITEM 36. CONGELADOR PARA LABORATORIO 500 L - 25º PUERTA DE CRISTAL CON LLAVE** La empresa oferta un equipo sin luz, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas.**
						ITEM 37. CONGELADOR PARA PLASMA 140 LTS (-10º / -20ºC) PUERTA DE CRISTAL CON LLAVE Iluminación interior	**ITEM 37. CONGELADOR PARA PLASMA 140 LTS (-10º / -20ºC) PUERTA DE CRISTAL CON LLAVE** La empresa oferta un equipo sin luz, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas.**
						ITEM 46. EQUIPO DE HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y CULTIVO DE MICOBACTERIAS Con sistema de realización de pruebas de sensibilidad a antimicrobianos de mico bacterias en medio líquido. Detección y antibiograma en el mismo equipo	**ITEM 46. EQUIPO DE HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y CULTIVO DE MICOBACTERIAS** La empresa No oferta este sistema, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas.**
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de **la empresa FINSO Spa, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.**	

REQUISITO	Monto ref.: Lote 7: USD 1.102.684,66 **50% del precio referencial:** USD 551.342,33 **DELFOS**
a) El Oferente deberá demostrar una facturación promedio de los últimos cinco (5) años, la cual deberá ser igual o superior al 50% del precio referencial del lote o lotes para los cuales presenta su oferta.	CUMPLE
b) El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada, tales como activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros (libres de otros compromisos contractuales); que demuestre que tiene acceso a recursos financieros para cubrir un flujo de efectivo equivalente al menos al 30% del monto referencial del lote para el cual presenta su oferta.	NO CUMPLE

Una vez revisada la documentación financiera de las empresas **FINSO SPA, AGT y EDUCTRADE SUCURSAL BOLIVIA** se concluye que las empresas cumplen con los requisitos de capacidad financiera exigidos en el DDL.

En el caso de la Empresa**, DELFOS**, cumple con el requisito de facturación, no obstante, no cumple con el requisito de evidencia sobre activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros. Por tanto, la empresa **DELFOS** no cumple con los requisitos de sobre capacidad financiera solicitados.

Nº	OFERENTE	EXPERIENCIA CUMPLE / NO CUMPLE	COMENTARIO
1	DELFOS	NO CUMPLE	La empresa DELFOS presenta 6 Documentos entre ellos: contratos, facturas y órdenes de compra que demuestran que se ha culminado exitosamente con la entrega de equipamiento médico similar al Lote de su interés, NO superando 60% del precio referencial relacionado al LOTE 7 LABORATORIO, ANATOMIA PATOLOGICA Y REFRIGERACION por lo que NO CUMPLE con la experiencia solicitada

LOTE 8: MOBILIARIO CLINICO

Nº	OFERENTE	FECHA DE ENTREGA CUMPLE / NO CUMPLE	LUGAR DE DESTINO FINAL CONVENIDO CUMPLE / NO CUMPLE	PERIODO DE GARANTIA CUMPLE / NO CUMPLE	SERVICIOS CONEXOS CUMPLE / NO CUMPLE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLE / NO CUMPLE	
						EETT REQUERIDAS	EETT OFERTADAS
						ITEM 4. SEPARADOR DE YESOS	ITEM 4. SEPARADOR DE YESOS La empresa oferta una cierra de yesos y se solicita un separador de yesos, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
1	MEDIMARK	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ITEM 44. CAMILLA PARA DUCHA Plano superior con cabecero regulable	ITEM 44. CAMILLA PARA DUCHA Se solicita que el cabecero sea regulable, pero en la oferta se evidencia que es fijo, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 46. MESA DE TRABAJO PARA COLOCADO DE YESO	ITEM 46. MESA DE TRABAJO PARA COLOCADO DE YESO Se solicita una mesa de trabajo para colocado de yeso y la empresa oferta un carro para distribución de medicamentos, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**

						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de **la empresa MEDIMARK, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.**
2	BIOMEDICAL INTERNACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**EETT REQUERIDAS** / **EETT OFERTADAS**
						ITEM 6. CARRO PARA LAVADO DE PACIENTES / Al menos 3 posiciones de elevación de cabeza: **ITEM 6. CARRO PARA LAVADO DE PACIENTES** — El equipo no cuenta con elevación de cabeza, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 25. ESCALERA DOS PASOS PARA RMN: **ITEM 25. ESCALERA DOS PASOS PARA RMN** — País de origen: Turquía. País No miembro del BID, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 55. CARRO ROPA SUCIA / Bolsa de lona de nylon o cubeta en fibra de vidrio: Cantidad 3: **ITEM 55. CARRO ROPA SUCIA** — La empresa solo oferta 1 bolsa de lona, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de **la empresa BIOMEDICAL INTERNACIONAL, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.**
3	FINSO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**EETT REQUERIDAS** / **EETT OFERTADAS**
						ITEM 69. CAMA HOSPITALARIA: **ITEM 69. CAMA HOSPITALARIA** — País de origen: Polonia. País No miembro del BID, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						ITEM 70. CAMA HOSPITALARIA PARA AREAS CRITICAS: **ITEM 70. CAMA HOSPITALARIA PARA AREAS CRITICAS** — País de origen: Polonia. País No miembro del BID, por lo que **NO CUMPLE las especificaciones técnicas**
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de **la empresa FINSO, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado..**

REQUISITO	Monto ref.: Lote 8: USD 4.160.570,88		
	MEDI MARK	MAVEK S.R.L	BIOMEDICAL

a) El Oferente deberá demostrar una facturación promedio de los últimos cinco (5) años, la cual deberá ser igual o superior al 50% del precio referencial del lote o lotes para los cuales presenta su oferta.	CUMPLE SUSTANCIALMENTE	NO CUMPLE	CUMPLE
b) El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada, tales como activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros (libres de otros compromisos contractuales); que demuestre que tiene acceso a recursos financieros para cubrir un flujo de efectivo equivalente al menos al 30% del monto referencial del lote para el cual presenta su oferta.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

En el caso de la Empresa **MEDI MARK**, cumple sustancialmente con el requisito de facturación y no cumple con el requisito de evidencia sobre activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros. Por tanto, la empresa **MEDI MARK**, no cumple con los requisitos de sobre capacidad financiera solicitados.

En el caso de la Empresa **MAVEK S.R.L,** no cumple con el requisito de facturación y no cumple con el requisito de evidencia sobre activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros. Por tanto, la empresa **MAVEK S.R.L**,no cumple con los requisitos de sobre capacidad financiera solicitados..

En el caso de la Empresa **BIOMEDICAL**, cumple con el requisito de facturación, empero no cumple con el requisito de evidencia sobre activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros. Por tanto, la empresa **BIOMEDICAL**, no cumple con los requisitos de sobre capacidad financiera solicitados

Nº	OFERENTE	EXPERIENCIA CUMPLE / NO CUMPLE	COMENTARIO
1	MEDI-MARK	NO CUMPLE	La empresa MEDI-MARK **NO** presenta Documentos relacionados entre contratos, facturas y/o órdenes de compra en los últimos 5 años que demuestren que se ha culminado exitosamente con la entrega de equipamiento médico similar al Lote de su interés **NO** superando el 60% del precio referencial relacionado al LOTE 8 MOBILARIO CLINICO, por lo que **NO CUMPLE** con la experiencia solicitada
5	MAVEK SRL	NO CUMPLE	La empresa MAVEK SRL **NO** presenta Documentos relacionados entre contratos, facturas y/o órdenes de compra en los últimos 5 años que demuestren que se ha culminado exitosamente con la entrega de equipamiento médico similar al Lote de su interés **NO** superando el 60% del precio referencial relacionado al LOTE 8 MOBILARIO CLINICO, por lo que **NO CUMPLE** con la experiencia solicitada
6	BIOMEDICAL INTERNACIONAL	NO CUMPLE	La empresa BIOMEDICAL INTERNACIONAL presenta 18 Documentos entre ellos: contratos, facturas y órdenes de compra que demuestran que se ha culminado exitosamente con la entrega de equipamiento médico similar al Lote de su interés **NO** superando 60% del precio referencial relacionado al LOTE 8 MOBILARIO CLINICO, por lo que **NO CUMPLE** sustancialmente con la experiencia solicitada de acuerdo al DDL publicado

LOTE 10: OFICINA Y OTROS

Nº	OFERENTE	FECHA DE ENTREGA CUMPLE / NO CUMPLE	LUGAR DE DESTINO FINAL CONVENIDO CUMPLE / NO CUMPLE	PERIODO DE GARANTIA CUMPLE / NO CUMPLE	SERVICIOS CONEXOS CUMPLE / NO CUMPLE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLE / NO CUMPLE	
						EETT	EETT

						REQUERIDAS	OFERTADAS
1	VIBA MULTIMED	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**ITEM 8. PROYECTOR MULTIMEDIA (DATA DISPLAY)** Proyector multimedia no menor a 3600 lúmenes, tamaño de reflexión de 50-180" aproximadamente	**ITEM 8. PROYECTOR MULTIMEDIA (DATA DISPLAY)** El equipo ofertado no cuenta con reflexión de 50-180", la reflexión es importante en un proyector de alto tráfico, debido a que este equipo ira a salas de reuniones con capacidad para más de 100 personas, por lo que **NO CUMPLE con el requerimiento mínimo solicitado**
						ITEM 10. DESTRUCTORA DE PAPEL Debe destruir hojas tamaño A4 en al menos 2000 trozos	**ITEM 10. DESTRUCTORA DE PAPEL** La empresa oferta un equipo de uso doméstico y no así un equipo de alto tráfico por lo que no se garantiza que la vida útil del equipo sea extensa. Adicionalmente la destrucción de al menos 2000 trozos hace referencia a un equipo de alto tráfico. Por lo que **NO CUMPLE con el requerimiento mínimo solicitado**
						ITEM 13. PLASTIFICADORA sistema de avance y retroceso para remover documentos	**ITEM 13. PLASTIFICADORA** La página w eb que el proveedor indica como referencia de verificación de especificaciones técnicas corresponde a una plastificadora de diferente marca y modelo al de la oferta inicial, por lo que N**O CUMPLE con el requerimiento mínimo solicitado**
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de **la empresa VIBA MULTIMED, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DDL publicado.**	

En el caso de la Asociación Accidental San Lucas no presentó la carta original de intención de formar la APCA. Por lo que el informe del profesional legal, recomienda continuar con las evaluaciones de las 17 empresas que cumplieron con la presentación de su documentación legal. Es decir, que la oferta presentada por la Asociación Accidental San Lucas no será evaluada, quedando de esta manera descalificada en este proceso.

LOTE 12: REHABILITACIÓN

Nº	OFERENTE	FECHA DE ENTREGA CUMPLE / NO CUMPLE	LUGAR DE DESTINO FINAL CONVENIDO CUMPLE / NO CUMPLE	PERIODO DE GARANTIA CUMPLE / NO CUMPLE	SERVICIOS CONEXOS CUMPLE / NO CUMPLE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLE / NO CUMPLE	
						EETT REQUERIDAS	**EETT OFERTADAS**
						ITEM 10. COLCHONETA	**ITEM 10. COLCHONETA PARA GIMNASIA**

1	EASY MEDICAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**PARA GIMNASIA** Espuma densidad 25 (Kg/cm2)	La empresa oferta una densidad de 16 kg/cm3, se aclara qu solicitamos una colchoneta sea de alto tráfico y más durabl por la alta afluencia de pacientes, **por lo que NO CUMPL las especificaciones técnicas**
						CONCLUSION: Por lo que se concluye que la oferta de **la empresa EAS MEDICAL, NO CUMPLE sustancialmente lo solicitado de acuerdo al DD publicado.**	

REQUISITO	Monto ref.: Lote 12: USD 189.257,47 **50% del precio referencial:** USD 94.628,74
	EASY MEDICAL
a) El Oferente deberá demostrar una facturación promedio de los últimos cinco (5) años, la cual deberá ser igual o superior al 50% del precio referencial del lote o lotes para los cuales presenta su oferta.	CUMPLE
b) El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada, tales como activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros (libres de otros compromisos contractuales); que demuestre que tiene acceso a recursos financieros para cubrir un flujo de efectivo equivalente al menos al 30% del monto referencial del lote para el cual presenta su oferta.	NO CUMPLE
Una vez revisada la documentación financiera de la empresa **EASY MEDICAL** se concluye que la empresa cumple con el requisito de facturación, no obstante, NO CUMPLE con el requisito de evidencia sobre activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros. Por tanto, la empresa **EASY MEDICAL** no cumple con los requisitos de sobre capacidad financiera solicitados.	

LOTE 13: TALLER DE MANTENIMIENTO

En el caso de la Asociación Accidental San Lucas no presentó la carta original de intención de formar la APCA. Por lo que el informe del profesional legal, recomienda continuar con las evaluaciones de las 17 empresas que cumplieron con la presentación de su documentación legal. Es decir, que la oferta presentada por la Asociación Accidental San Lucas no será evaluada, quedando de esta manera descalificada en este proceso.

A continuación, se resume las empresas habilitadas para cada uno de los lotes:

LOTE	**OFERENTE**	**Requisitos Técnicos de los Bienes y Servicios Conexos** **CUMPLE / NO CUMPLE**	**Capacidad Financiera** **CUMPLE / NO CUMPLE**	**Experiencia y capacidad técnica** **CUMPLE / NO CUMPLE**	**HABILITADA/ NO HABILITADA**
LOTE 2: ELECTROMEDICINA	EDUCTRADE SUCURSAL BOLIVIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
	QIM INTERNACIONAL SRL	CUMPLE	CUMPLE SUSTANCIALMENTE	CUMPLE	HABILITADA

	FSE INTERNATIONAL	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
	VIBA MULTIMED	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
	FINSO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
LOTE 3 COCINA	BIOETHIC SHELTER AND EMERGENCY S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
	EDUCTRADE SA-SUCURSAL BOLIVIA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
	AS AC SAN LUCAS	NO HABILITADA PORQUE NO PRESENTA LA CARTA ORIGINAL DE INTENCIÓN DE FORMAR LA APCA			
	BIOMEDICAL INTERNACIONAL	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
LOTE 4: MONITORIZACION, QUIROFANO Y CRITICOS	EDUCTRADE SUCURSAL BOLIVIA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
	ALTHEA SPA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
	FINSO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
LOTE 5 ESTERILIZACIÓN	MEDI-MARK	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
	COSIN LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
LOTE 6 IMAGENOLOGIA, ULTRASONIDO Y AFINES	BIOETHIC SHELTER AND EMERGENCY S.R.L.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
	EDUCTRADE SA-SUCURSAL BOLIVIA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
	COSIN LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE SUSTACIALMENTE	HABILITADO
	FSE INTERNATIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
	HANSA LTDA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
	FINSO SPA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
	GEDESA LTDA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
LOTE 7 LABORATORIO, ANATOMIA PATOLOGICA Y REFRIGERACION	EDUCTRADE SA-SUCURSAL BOLIVIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
	AGT SPA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
	DELFOS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
	FINSO SPA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
LOTE 8: MOBILIARIO CLINICO	MEDI-MARK	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
	VG EQUIPMED	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
	EDUCTRADE SUCURSAL BOLIVIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
	ALTHEA SPA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
	MAVEK SRL	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
	BIOMEDICAL INTERNACIONAL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
	FINSO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
LOTE 10 OFICINA Y OTROS	VIBA-MULTIMED	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
	AS AC SAN LUCAS	NO HABILITADA PORQUE NO PRESENTA LA CARTA ORIGINAL DE INTENCIÓN DE FORMAR LA APCA			
LOTE 12 REHABILITACIÓN	EASY MEDICAL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
	BIOMEDICAL INTERNACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE SUSTANCIALMENTE	HABILITADA
LOTE 13 TALLER DE MANTENIMIENTO	VIBA-MULTIMED	CUMPLE	CUMPLE SUSTANCIALMENTE	CUMPLE SUSTANCIALMENTE	HABILITADA

	AS AC SAN LUCAS	NO HABILITADA PORQUE NO PRESENTA LA CARTA ORIGINAL DE INTENCIÓN DE FORMAR LA APCA

Oferentes Adjudicados:

Lote	Oferente	Monto para Contrato USD	Fecha firma del Contrato	Plazo de entrega de los bienes desde el día siguiente de la firma de contrato	Plazo de entrega de los Servicios Conexos desde el día siguiente de la entrega física de los bienes
LOTE 2: ELECTROMEDICINA	QIM INTERNACIONAL SRL	1.812.580,61	11/08/2022	90 DÍAS	30 DÍAS
LOTE 3 COCINA	BIOETHIC SHELTER AND EMERGENCY S.R.L.	212.194,31	29/08/2022	90 DÍAS	30 DÍAS
LOTE 4 MONITORIZACIÓN, QUIRÓFANO Y CRÍTICOS	ALTHEA SPA	5.291.808,32	25/08/2022	90 DÍAS	30 DÍAS
LOTE 5 ESTERILIZACIÓN	COSIN LTDA.	310.218,00	29/08/2022	90 DÍAS	30 DÍAS
LOTE 6 IMAGENOLOGIA, ULTRASONIDO Y AFINES	FSE INTERNATIONAL	870.055,59	04/10/2022	90 DÍAS	30 DÍAS
LOTE 7 LABORATORIO, ANATOMIA PATOLOGIA Y REFRIGERACION	EDUCTRADE SA SUCURSAL BOLIVIA	1.046.943,94	13/09/2022	90 DÍAS	30 DÍAS
LOTE 8 MOBILIARIO CLÍNICO	ALTHEA SPA	2.017.179,31	04/10/2022	90 DÍAS	30 DÍAS
LOTE 12 REHABILITACIÓN	BIOMEDICAL INTERNACIONAL	182.259,00	29/08/2022	90 DÍAS	30 DÍAS
LOTE 13 TALLER DE MANTENIMIENTO	VIBA-MULTIMED	176.203,00	30/08/2022	90 DÍAS	30 DÍAS

DECLARACION DESIERTA

En virtud de la convocatoria pública, no se recibieron oferta para los siguientes lotes: Lote 1 Audiometría, Lote 9 Odontología y Lote 11 Oftalmología. Por otra parte, ninguna de las ofertas recibidas para el lote 10 cumplen con todos los requisitos mínimos

solicitados (técnicos, financieros y de capacidad técnica), por lo que se recomienda declarar DESIERTO estos lotes:

Nº de referencia UNDB: *IDB-P931574-02/22*

Dirección:

Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM)

Calle Víctor Sanjinés No. 2678, Edificio Barcelona, Piso 6, Zona Sopocachi La Paz – Bolivia

At.: Dr. Javier Cristian Fulgiera Condori

Tel: (591-2) 2125007 Int. 209

E-mail: aisem_bid@aisem.gob.bo

Attachments:

https://devbusiness.un.org/system/files/Notificaci%C3%B3n%20UNDB%20de%20Adjudicaci%C3%B3n%20de
B.doc